

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

инт.бр.07-2780- 9
29 AUG 2014 године
Београд

Јавна набавка 326/8/2780/2014
одговор на питања, д о с т а в љ а .-

„RO&RO Systems“ d.o.o.

У вези вашег акта достављамо вам одговор на постављено питање у вези са Јавном набавком бр: 326/8/2780/2014 – „Набавка испитно- мерне опреме за испитивање ваздухоплова“
Поставили сте питање по Партији 2: 38521000 - МЕРАЧИ ПРИТИСКА МЕРЕЊЕ

1. Наведена ознака типа претварача производње Honeywell не одговара потпуности наведеним техничким карактеристика за исти претварач.

Наведена ознака: PPT2-0015-A-X-N-2V-S-C

- „0015“ у ознаци типа дефинише мерни опсег од 0 до макс 1033 mbar , а захтеван је од 0 -1100 mbar
- „X“ у ознаци типа дефинише улазни прикључак типа Brass swagelok, а захтеван је Brass barbed

ОДГОВОР: Извршиће се измена и допуна конкурсне документације у делу техничких карактеристика.

2. Наведена ознака типа претварача производње Honeywell не одговара потпуности наведеним техничким карактеристика за исти претварач.

Наведена ознака: PPT2-0015-G-X-X-2V-S-C

- „0015“ у ознаци типа дефинише мерни опсег од 0 до макс 1033 mbar , а захтеван је од 0 -1100 mbar
- „0015“ у ознаци типа дефинише тип претварача за апсолутни притисак а не и за захтевани диференцијални притисак.
- „G“ дефинише тип претварача за манометарски притисак а не за захтевани диференцијални притисак.
- „X“ у ознаци типа дефинише улазни прикључак типа Brass swagelok, а захтеван је Brass barbe. Односи се на оба прикључна места (P1 и P2).

ОДГОВОР: Извршиће се измена и допуна конкурсне документације у делу техничких карактеристика.

/СМ (011/3401-089)

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОМОЋНИКА
ДИРЕКТОРА ЗА ЛОГИСТИКУ**

ПОТПУКОВНИК

Радослав Јањић, дипл. инж.



Умножено у један примерак и достављено:

- „RO&RO Systems“ d.o.o. (011/3248-091)
- Одељење за логистику