



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 92 - 146
14-06-2018 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 11.06.2018. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 15/18- Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, потребе ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк-а, по следећем:

„Поштовани,

Молимо Вас за објашњење, да ли је по Вашем мишљењу, за партију бр. 2, ставку 3- Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir/providna folija) 21cm x200m прихватљиво понудити Рукавац истих карактеристика, али са димензијама 22,5cm x200m?“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

У процесу рада Централне стерилизације ВМА и усвојеним процедурама припреме, паковања и стерилизације материјала и опреме за потребе свих хируршких клиника, кабинета, института и осталих корисника услуга Централне стерилизације ВМА, постоје прописане норме приликом припреме материјала за стерилизацију. У рукавце за стерилизацију различитих ширина пакују се одређена средства и одређени материјали, нпр. у рукавце ширине 10cm се пакују појединачни хируршки инструменти, оптички каблови, штрајфне, тупфери, итд., у рукавце ширине 15cm се пакују већи тупфери, мање газе, инструменти, лапароскопски инструменти, итд., у рукавце ширине 21cm се пакују ортопедски хируршки инструменти, веће газе, абдоминалне компресе, хируршке компресе (паковања по 5 комада), очне компресе (паковања по 5 комада), итд., у рукавце ширине 25cm се пакују већа паковања компреса, хируршки мантили, роловане газе за превривање опекотина. У питању је дугогодишња пракса и прописане процедуре у процесу рада Операционог блока са централном стерилизацијом, као

и визуелни идентитет стерилног материјала и опреме. С обзиром на малу разлику у ширини рукаваца од 22,5cm и 25cm, као и на велику разлику у ширини рукаваца од 15cm и 22,5cm, може доћи до грешки приликом паковања материјала и опреме, као и грешки приликом издавања стерилисаног материјала другим корисницима услуга у ВМА, као и повреде прописаних процедура рада Операционог блока са централном стерилизацијом. Имајући у виду изнето остају тражене димензије рукаваца.

24
УА
АЛ
ти
Р



ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
војни службеник
Зоран Стојановић

Зоран Стојановић

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу Наручиоца,
- у омот предмета.