



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 92 - 57
28-05-2018 _____ године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 23.05.2018. године доставило захтев за додатним информацијама, појашњењима и измену конкурсне документације за ЈН бр. 15/18- Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк-а, по следећем:

„Поштовани,

Молимо да се направи измена конкурсној документацији за партије 2 и 3

1. У тендерској спецификацији су наведени EN 868 2-5, ISO 11607-1 и 2, ISO 11140-1, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001

За ове производе је потребно

"EN 868-5 Packaging for terminally sterilized medical devices. Sealable pouches and reels of porous and plastic film construction. Requirements and test methods"

Остале норме EN 868- 2,3,4, нису апликативне за ролне и кесице као што се може закључити из следећих објашњења норми:

- 868-2 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods

- 868-3 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods

- 868-4 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags - Requirements and test method

То се може видети за партије 4 и 5 које су правилно наведене, односно тражи се само EN 868-5.

Зато молимо да се за партије 2 и 3 направи измена EN нормативе и да стоји само EN 868-5.

Овај стандард је потврђен од стране Института за стандардизацију Србије www.iss.rs

2. Молимо да се направи измена у вези са стандардом за квалитет где се тражи ISO 14001. У стандарду ISO 1607 1-2 у ставу 4. General requirements је јасно описано које стандарде квалитета треба произвођач да поседује и то је описано као:

"Part 4.2 Quality systems

4.2.1 quality system

This activitis described within this part iso 1607 shall be carried out within a formal qualiti sistem

note ISO9001 and ISO13485 contain requirement for suitable quality systems"

Због чињенице да поштовање стандарда ISO 14001 није тражено код свих производа, него само одређених, сматрамо да овај стандард није у општој политици ВМА него је стандард специфициран у намери ограничавања конкуренције којим се јасно крши једно од битних начела ЗЈН (чл. 10).

Предлажемо да се стандард уклони или у супротном случају, ако је поштовање стандарда општа политика ВМА, да се постави као општи стандард за све партије и да су сви понуђачи у обавези да поседују стандард ISO 14001.

3. Молимо да се направи измена техничке спецификације за партије 2 и 3 која гласи:

Partija 2: Rukavci za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija), (papir 65-68g/m² / providna folija poliester-polipropilen).

Партија 3: Kesa za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija), papir 65-68g/m² / providna folija poliester-polipropilen.

Овако направљена спецификација ограничава конкуренцију и фаворизује једног произвођача.

Да би се омогућила већа конкуренција грамажа папира треба да буде од 60-70gr, узимајући у обзир какве ролне тренутно постоје на тржишту и какве сте користили претходних година.

4. Молимо да се направе измене у делу квалитет где се тражи:

• за добра из партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 су у колони Квалитет наведени стандарди који се односе се на произвођача понуђеног добра.

Као доказ произвођач треба да достави сертификат или копију сертификата који мора бити издат од стране сертифициваног тела које је акредитовано за сертификацију у областима на које се односе поменути стандарди .

Сертификати издати од стране независно акредитивног тела могу бити за следеће стандарде:

ISO 9001 , ISO13485, ISO14001

Остали стандарди су самодекларативни које произвођач може да изда само декларацију - изјаву али не и сертификат од стране сертифициваног тела. Самодекларацију произвођач издаје у сагласности са стандардом ISO 17050.

Овакве декларације треба да се захтевају за следеће стандарде:

EN 8682-5, EN 867 1-4 , ISO 16071-2 , ISO 11737-1, ISO 11140-1.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

1. За партије бр. 2 и 3 се стандард EN 868-2 брише из колоне „Квалитет“. У колони „Квалитет“ уместо EN 868 2-5 треба да стоји EN 868 3-5. У том смислу, извршиће се измена конкурсне документације.
2. За све партије у којима је тражен (партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 и 19) се стандард ISO 14001 брише из колоне „Квалитет“. У том смислу, извршиће се измена конкурсне документације.
3. За партију бр. 2 се мења предмет набавке (назив и опис добра), по следећем: „Rukavci za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija), (papir 65-70g/m² / providna folija poliester-

polipropilen)". За партију бр. 3 се мења предмет набавке (назив и опис добра), по следећем: „Kesa za sterilizaciju bez preklopa sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija), papir 65-70g/m² / providna folija poliester-polipropilen.". У том смислу, извршиће се измена конкурсне документације.

4. Извршиће се измена конкурсне документације, односно захтеваће се да сертификати ISO 9001 и ISO 13485 буду издати од стране сертификационог тела, а остали декларисани од стране самог произвођача понуђених добара.

Измене конкурсне документације у складу са горе датим одговорима ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

27
AL
a

ДИРЕКТОР
ПОТПУКОВНИК
др Радан Костић

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.