



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Број 954-59

19.05.2014. године

БЕОГРАД

Одговор,
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добра бр. 1/14 - **Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене**, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВМЦ Нови Сад, ЦВМУ Београд и Ваздухопловни медицински институт (ВМИ).

За партију 5:

Питање 1: „На страни 74 под ставком 3.6 захтева се померање панела по висини. Да ли је прихватљива карактеристика померања панела лево/десно 30° с обзиром да наведена карактеристика ни у ком случају не отежава рад, а ни не умањује саму функцију апарата?“

Одговор 1: Формулација на страни 74. Под ставком 3.6. конкурсне документације не искључује могућност померања панела лево/десно 30°. По овом питању нема измене конкурсне документације.

Питање 2: „На страни 74 под ставком 3.12 захтевате hard disk од најмање 500Gb. Да ли је прихватљиво понудити hard disk од 320 Gb?“

Одговор 2: По овом питању нема измене конкурсне документације.

За партију 6:

Питање 3: „На страни 82 под ставком 1.13 се померање панела по висини. Да ли је прихватљива карактеристика померања панела лево/десно 30° с обзиром да наведена карактеристика ни у ком случају не отежава рад, а ни не умањује саму функцију апарата?“

Одговор 3: По овом питању нема измене конкурсне документације.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/(32-533)

ДИРЕКТОР

Драгиша Даветић