



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Број 954- 62
_____.20____. године

БЕОГРАД

21 MAY 2014

Појашњење,
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добра бр. 1/14 - **Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене**, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВМЦ Нови Сад, ЦВмУ Београд и Ваздухопловни медицински институт (ВМИ).

Наручилац је изменом/допуном конкурсне документације акт бр. **954-52** од **16.05.2014.** године на **страни 4.** дао **Одговор бр.14** који гласи:

„11. Уређај поседује кардиолошку 2D/live 3D (4D) секторску сонду, опсега приближно 1-4MHz или ширег, подржани модови: live 3D (4D), CW stereable доплер и/или PW steerable доплер, TDI, M-mod, Color M-mod, (поседује **-6 поена** , не поседује - 0 поена)“, а у достављеном измењеном образцу понуде на Порталу јавних набавки и својој интернет страници за тачку 11. на страни 37/114 је ненамерно начинио техничку грешку и дао следеће:

„11. **Уређај поседује** кардиолошку 2D/live 3D (4D) секторску сонду, опсега приближно 1-4MHz или ширег, подржани модови: live 3D (4D), CW stereable доплер и/или PW steerable доплер, TDI, M-mod, Color M-mod, (поседује **-4 поена** , не поседује - 0 поена).“

Извињавамо се због начињене грешке и у прилогу вам достављамо исправану страну бр. 37/114.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

ВЈ/(32-533)



ДИРЕКТОР
Драгиша Даветић

ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ

(ЗА ПАРТИЈУ 1)

УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ НАЈВИШЕ КЛАСЕ ЗА ЕХО СРЦА

1. Систем аутоматски (притиском на једно дугме) ради мерења у 2D modу (LV у систоли и дијастоли – интравентрикуларни септум, унутрашњи пречник, постериорни зид), M mod-у (LV у систоли и дијастоли – дебелина интравентрикуларног септума, унутрашњи пречник, дебелина постериорног зида, дебелина септума, пречник аорте и LA) и спектралном доплеру (PV и RV проток у систоли, регургитација Tricuspid valve-a, AVи LV проток у систоли, регургитација MV).

(поседује -5 поена , не поседује - 0 поена) _____

2. Софтвер за аутоматску детекцију леве коморе и преткоморе који производи потпуно аутоматска кардио мерења (EF, EDV, ESV за LV и LA).

(поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _____

3. 3D wall motion speckle tracking техника.

(поседује -6 поена , не поседује - 0 поена) _____

4. Могућност надоградње на трансезофагијалну сонду за 4D срца.

(поседује -7 поена , не поседује - 0 поена) _____

5. Могућност аквизације целог срца у једном откуцају, у 4D В моду.

(поседује -6 поена , не поседује - 0 поена) _____

6. Број кристала у 4D сонди.

(мање од 3000 -0 поена , 3000 и више - 4 поена) _____

7. Могућност да се у моду рада са приказом два пресека један ротира без померања сонде.

(поседује -2 поена , не поседује - 0 поена) _____

8. 3D колор доплер жива слика брзине протока крви волумена срца и 3D жива слика волумена срца добијена ткивним доплером.

(поседује -8 поена , не поседује - 0 поена) _____

9. Напредни софтвер за процену обољења валвуле преко квантификације „proximal isovelosity surface area“ (PISA) добијене из запреминског колор доплер приказа. Софтвер треба да омогући рачунање PISA и „effective regurgitant orifice area“ (EROA).

(поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _____

10. Уређај поседује аутоматско ротирање угла скенирања са live 3D (4D) трансторакалном сондом од 0° до 300°.

(поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) _____

11. Уређај поседује кардиолошку 2D/live 3D (4D) секторску сонду, опсега приближно 1-4MHz или ширег, подржани модови: live 3D (4D), CW steerable доплер и/или PW steerable доплер, TDI, M-mod, Color M-mod,

(поседује - 6 поена , не поседује - 0 поена) _____

12. Уређај поседује активни touch screen на контролном панелу- тастатури.

(поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _____

Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број кристала.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)