



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање

војних осигураника

Број 954-

67

.20 . године

БЕОГРАД

22 MAY 2014

Појашњење,
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добра бр. 1/14 - **Ултразвучни дијагностички уређаји различите намене**, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВМЦ Нови Сад, ЦВмУ Београд и Ваздухопловни медицински институт (ВМИ).

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалног понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добра бр. 1/14, достављамо следеће појашњење конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1: „На страни 22 и 50 конкурсне документације за Партију 2 наручилац је дефинисао начин на који се пондерише критеријум Квалитет. Под редним бројем 2. је наведено да се пондерише следећи параметар: Strain хистограм анализа са Fibrosis индексом (FI) за прецизну квантификацију стадијума фиброзе јетре.

Ради објективног начина доделе пондера по наведеном параметру молим Вас да нам појасните следеће: Да ли се Strain хистограм анализа са Fibrosis индексом (FI) за прецизну квантификацију стадијума фиброзе јетре базира на еластографији?“

ОДГОВОР 1: У тачки 2.8 техничке спецификације тражи се обавезна опција ултразвучне ткивне еластографије превасходно за јетру. У тачки 4.2 тражи се ултразвучна сонда опсега учестаности 3-7 MHz или шире, са применом у еластографији. Еластографија јетре је међу кључним особинама траженог уређаја. У складу с тим дајемо следеће појашњење:

Да, мисли се на прецизну квантификацију стадијума фиброзе јетре базирану на еластографији. Нема измене конкурсне документације по овој тачки.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

BJ/(32-533)

del



ДИРЕКТОР
Драгиша Даветић