



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 6586-28
14.08.2015. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке -
Лабораторијски реагенси бр. 245/15,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

1. Питање: За партију 6, да ли је потребно понудити тест траке за контролу суве или влажне стерилизације?

Одговор: Траке морају бити комбиноване (треба да садрже и *Bacillus stearothermophilus* и *Bacillus subtilis*) и за суву и за влажну стерилизацију, с тим у вези биће извршена измена конкурсне документације.

2. Питање: За партију 9, у техничкој спецификацији је наведено да тражена подлога буде у праху за справљење 10л, а наведена јединица мере је мл и укупна тражена количина је 10мл. Молимо Вас да прецизно дефинишете јединицу мере и тражену количину.

Одговор: Уместо мл треба да стоји ком, такође количина треба да буде 100, а не 10, с тим у вези биће извршена измена конкурсне документације.

3. Питање: За партију 10, да ли је потребно понудити паковање од 100мл или 500мл?

Одговор: Конкурсном документацијом је тражено 1500мл, тако да није важно каква су паковања. Дакле можете понудити 15x100мл или 3x500мл.

МК.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Зоран Шегрт

Достављено:
-у омот предмета 6586/15
- заинтересованом лицу
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС