



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр. 9675 - 10

17 NOV 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Клинике за урологију Војномедицинске академије, ознака из ОРН: 33100000, редни број 486/2017, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

"Будући да је спецификација врло прецизна и да подразумева и неке описе који нису од суштинског значаја за оперативни рад, молимо Вас за измену техничке спецификације за следеће техничке карактеристике, како би сви релевантни светски произвођачи ласерских уређаја могли да учествују:

1. Питање

Ставка 6-I-4, Рб 2 „Интуитивни интегрисани LCD екран осетљив на додир са системом подешавања“: да уместо интуитивног touch screen LCD екрана пише „екран touch screen или преко тастера“,

2. Питање

Ставка 6-I-4, Рб 2.1. „Дијагонала LCD екрана 8-15 inча“: да наведена дужина дијагонале LCD екрана буде најмање 5 inча.

3. Питање

Ставка 6-I-4, Рб 2.2. „Резолуција LCD екрана минимално 840x600 пиксела“: да наведена резолуција LCD екрана буде минимално 768x480 пиксела.

4. Питање

Такође, молимо Вас да потврдите да ћете прихватити и доле наведене опсеге, а у складу са датим опсезима:

Ставка 6-I-4:

- Рб. 1.4 Подесива фреквенција импулса у опсегу: 4-30Hz
- Рб. 1.5 Енергија импулса у опсегу: 0,5-4,5J
- Рб. 1.6 Сноп за циљање: зелени и црвени
- Рб. 1.7 1-3 степена подешавања интензитета: Подесиво
- Рб. 1.9 Напајање 220-230VAC, 30Amp, 50/60Hz

5. Питање

Пошто је у захтеву наведено да се тражи да ласер ради и операције меких ткива простате, молимо Вас да наведете који опсег снаге тражите.

О д г о в о р и:

- 1) Не, наручилац не прихвата предлог заинтересованог лица, и у свему остаје при елементима из конкурсне документације, из разлога једноставнијег руковања и управљања функцијама апарата, као и због бржег и сигурнијег рада на апарату током саме операције.
- 2) Да, наручилац прихвата предлог заинтересованог лица, и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.
- 3) Да, наручилац прихвата предлог заинтересованог лица, и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.
- 4) Да, наручилац прихвата предлог заинтересованог лица, и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, осим за Рб 1.6 где ће изменом бити дефинисано „Сноп за циљање мора бити црвене или зелене или плаве боје“.
- 5) Конкурсном документацијом тражен је холмијумски ласер генератор у опсегу снаге од 40 до 120W. С обзиром на чињеницу да различити произвођачи нуде ласере различите снаге, потребно је да у спецификацији произвођача недвосмислено стоји да је апарат намењен за третман камена у бубрегу и уретеру (литотрипсија), меких ткива и аблацију и енуклеацију простате.

30 MJ,CO,MC
31



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
п у к о в н и к
Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС