



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија
Бр. 9675 - 16

24 NOV 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље Закон),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Клинике за урологију Војномедицинске академије, ознака из ОРН: 33100000, редни број 486/2017, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

1. „У вези вашег одговора од 17.11.2017, још једном инсистирамо да се спецификација за набавку холмијумског ласерса за ендоскопску и лапароскопску уролошку хирургију измени у делу који се односи на опис монитора/дисплеја, на начин да гласи: „LCD ekran, touch screen ili taster”.

Наиме, ова карактеристика траженог уређаја не утиче на функционалности уређаја, а чак шта више познато је да код уређаја који се уводе у операциону салу са touch screen екраном, постоји опасност да такви монитори буду компромитовани у својој функцији из разлога таложења нечистоћа или салинације, што као резултат може проузроковати неадекватан одговор touch screen монитора, што може угрозити и функцију самог ласера.

У вези овога смо контактирали и иноватора компаније LISA-Dr Teichmann-a. који је потврдио све горе наведено, а искуство компанијц LISA у производњи и примени најсофистициранијих хируршких ласера је огромно током протеклих 35 година.

Молим да још једном размотрите наш захтев и потврдите измену тендерске документације, Овде желимо да Вас подсетимо да је обавеза стручне комисије да креирањем техничке спецификације омогућава равноправно учешће свих релевантних понуђача. поготово на тендеру за капиталну опрему, о чему говори члан 71. ЗЈН, дакле техничка спецификација не сме да се злоупотреби ради елиминисања потенцијалних понуђача или остваривања монополистичког положаја само једног понуђача.

Надам се да ће стручна комисија донети разумну одлуку и да ћемо бити принуђени да се обратимо Републичкој Комисији ради заштите наших права.

2. Овде користимо прилику да обавестимо стручну комисију још једном, да обзиром да се ради о набавци капиталне ласерске опреме, за операције камена и меког ткива, холмијумском методом. а да је thulijumska метода у операцијама меких ткива далеко супериорнија. јер представља бескрвну методу за ресекцију простате, аблацију простате, енуклеацију простате, трансуретралну инцизију простате, третман уретралних сужења, третман уретралних и тумора мокраћне бешике, инцизије врата бешике и карцинома мокраћне бешике, а да постоји уређај најновије генерације који обједињује holmijumsku методу за камен и thulijumsku методу за мека ткива. који би могао уз посебне бонусе нашег принципа да се уклопи у планирана буџетска средства, молимо комисију да размотри и ову могућност измене тендерске документације.

Наиме, познато је да су овакви уређаји holmijum + thulijum у једном систему најсавременији за извођење свих тражених операција, укључујући јединствену могућност обједињавања по неколико операција у једну процедуру корислећи само један fiber-vlakно, што овај уређај чини финансијско-економски далеко најисплативији, чиме се врши значајна уштеда буџетских средстава војног здравства?“

О д г о в о р и:

- 1) Не може се уважити захтев за измену спецификације холмијумског ласера за ендоскопску и лапароскопску уролошку хирургију у делу који се односи на опис LCD дисплеја. У техничкој спецификацији изричито се тражи LCD екран, „touch screen“ дисплеј осетљив на додир, из разлога што овакав екран омогућава оператеру боље сналажење и руковање ласерског апарата, а самим тим и брже и лакше доношење одлука, односно измене подешавања на самом апарату у току интервенција. Тражена измена, да уместо LCD дисплеја осетљивог на додир, апарат има и подешавање преко тастера, не може се уважити из горе наведеног разлога. Испитивањем тржишта, сви ласерски апарати најновије генерације, различитих произвођача, имају управо LCD дисплеј осетљив на додир због бржег, сигурнијег, и ефикаснијег подешавања апарата, пре и током процедуре, што је од интереса и за успешност саме операције.
- 2) У делу текста који је наведен од стране заинтересованог лица, а где се помиње њихов контакт са иноватором компаније, наручилац не уважава да постоји опасност да монитори који су осетљиви на додир могу бити компромитовани у својој функцији, из разлога таложења нечистоћа и салинизације. Оправданост нашег мишљења проистиче из разлога што је и компанија „LISA“ ове године представила нови холмијумски ласерски апарат type Sphinx jr., који управо има LCD дисплеј осетљив на додир „touch screen“, без тастера, што је и у њиховој спецификацији представљено као предност самог апарата. Желимо да подсетимо да одређивање техничких спецификација на начин који је предвиђен чланом 70. став 1. Закона, подразумева да техничке спецификације морају омогућити да се добра која се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручилаца. Иако наручилац има законску обавезу да сходно члану 10. став 1. Закона омогући што већу конкуренцију у поступку јавне набавке, он сваки конкретан поступак спроводи у циљу задовољења објективних потреба, а на основу конкурсне документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама.

Сходно томе техничка спецификација за предметну набавку сачињена је и дефинисана полазећи од објективних потреба наручиоца, тј. оптималног збрињавања болесника и животно угрожених лица, водећи рачуна о сврси јавне набавке, као и квалитету добара који су предмет истих.

На основу горе наведеног, наручилац је мишљења да је у свему поступио у складу са одредбама Закона и омогућио равноправно учешће свих релевантних понуђача, а у циљу набавке опреме најновије генерације.

00
MJ,CO,MC

МП
ЗАМЕЊИК НАЧЕЛНИКА ВМА
ПУКОВНИК
Проф. др Драган ДИНЧИЋ

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС