



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 9680-14
24 NOV 2017 .2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке лабораторијска опрема
бр.487/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

"Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр. **487/17**".

Питање: Молимо Вас да појасните да ли је за партију 5, термал сајклер, одговарајуће понудити уређај који има температурни опсег 4-100°C и чији се поклопац може загревати у распону од 40-110 °C?

Такође, да ли се брзина загревања и хлађења заправо односи на ramp rate те да ли је прихватљиво као доказ брзине загревања и хлађења доставити доказ о ramp rate 4°C/sec?

Одговор: Партија 5, Термал сајклер (ПЦР) уређај

Прихватљиво је понудити јер вредност 4 - 100°C улази у задати опсег тражен спецификацијом које је од минимално 4°C до максимално 105°C, односно 40 - 110° C улази у задати опсег тражен спецификацијом које је од минимално 37°C до максимално 110°C.

Брзина хлађења односно загревања блока се односи на тзв. „ramp rate“ а с обзиром да је у спецификацији тражено максимално 4°C/sec и за загревање и хлађење доволно је доставити доказ о „ramp rate“ од 4°C/sec.

JM

Достављено:

- у омот предмета 9680/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС

