



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 9680-25
од 4.12.2017. године

Појашњење у вези са питањима и измену
конкурсне документације у поступку јавне
набавке лабораторијска опрема –
бр.487/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је 02.12.2017. под бројем 9680-24 од 04.12.2017 године поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

Партија 1: Фрижидер за чување вакцина

1.2. Тражене димензије су 58-62 x 58-62x 180-205 cm. Да ли је прихватљиво понудити уређај чије су димензије (WxDxH) 655x660x1980 mm?

Одговор: Собзиром да се фрижидер смешта у ограничени простор, наручилац у свему остаје при спецификацији.

Партија 2: Лабораторијски фрижидер

- фабрички подешен на радну температуру 4°C

Да ли је дозвољено доставити изјаву произвођача да је уређај подешен на радну температуру 4°C?

1.2. - резолуција $\pm 1^{\circ}\text{C}$,

Да ли је дозвољено понудити уређај са бољом резолуцијом?

1.5. - није прихватљива опција накнадног уграђивања писача,

Уколико не стоји у техничкој спецификацији да ли је потребно досатвити изјаву произвођача да је писач уграђен фабрички?

1.8. - фреон који не оштећује озонски омотач и није запаљив,

Како је познато да R134a CFC Free не оштећује озонски омотач, да ли је дозвољено исти понудити?

1.9. - конструкција на точковима

Да ли је дозвољено доставити спецификацију где се на слици види да уређај поседује точкове, или је неопходна изјава произвођача за дати захтев?

Одговор: Наручилац у свему остаје при спецификацији и конкурсним условима из којих се може јасно утврдити како се доказују захтеване техничке карактеристике.

Партија 4: Центрифуга са хлађењем

У тендерској документацији навели сте да уређај има:

Могућност програмирања времена трајања центрифугирања од 30 секунди до 99:59 сати. Како је у питању изузетно дугачак временски период, да ли је у питању грешка техничке природе? Ако није грешка да ли је дозвољено понудити уређај код ког је програмирање до 999 минута?

Одговор: Не ради се о грешки већ о спецификацији при којој наручилац остаје.

Ниво буке: максимално $\square$ 60dB са фиксним ротором за епрувете запремине 1,5/2 ml

Да ли је дозвољено понудити уређај са угаоним ротором који испуњава тражене карактеристике?

Одговор: Фиксни и угаони ротор је једно исто. Наручилац у свему остаје при спецификацији.

ЈМ

Достављено:

-у омот предмета 9680/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС