



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 9680 - 46

од 08 DEC 2017. године

На основу члана 106, 107 и 108 . Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о додели уговора

У отвореном поступку број 487/17 - Лабораторијска опрема за потребе ВМА.

- 1.-Одбија се понуда понуђача „Superlab,, из Београда као неприхватљива за партије 3 и 4 .
- 2.-Одбија се понуда понуђача „ProMedia ,, из Кикинде као неприхватљива за партију 3 .
- 3.-Одбија се понуда понуђача „ Engel,, из Новог Сада као неприхватљива за партију 4 .
- 4.-Одбија се понуда понуђача „ East diagnostics,, из Београда као неприхватљива за партију 5.
- 5.-Одбија се понуда понуђача „ Instrumenti,, из Београда као неприхватљива за партије 4 и 6 .
- 6.-Одбија се понуда понуђача „Vivogen,, из Београда као неприхватљива за партије 4 и 5.
- 7.-Одбија се понуда понуђача „Lab set,, из Београда као неприхватљива за партију 4.
- 8.-Одбија се понуда понуђача „Vicor,, из Београда као неприхватљива за партије 2 и 4.
- 9.- Додељује се уговор понуђачу „ Superlab,, d.o.o из Београда за партије 1 и 7 укупне вредности 731.605,00 динара без ПДВ-а.
- 10.- Додељује се уговор понуђачу „Alfa med,, из Београда за партију 2 укупне вредности 318.660,00 динара без ПДВ-а.
- 11.-Додељује се уговор понуђачу „ANALYSIS,, из Београда за партију 3 укупне вредности 3.950.000,00 динара без ПДВ-а.
- 12.-Додељује се уговор понуђачу „Alfatrade enterprise,, из Београда за партију 4 укупне вредности 828.662,45 динара без ПДВ-а.
- 13.-Додељује се уговор понуђачу „Labena,, из Београда за партију 5 укупне вредности 359.448,00 динара без ПДВ-а.
- 14.-Додељује се уговор понуђачу „Lab set,, из Београда за партију 6 укупне вредности 105.000,00 динара без ПДВ-а.
- 15.-Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници МО у року од 3 дана од дана доношења као и на Порталу службених гласила и база прописа РС.

Образложење:

На основу члана Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке добара – Лабораторијска опрема за потребе ВМА бр 9680-1 од 02.11.2017 године , комисија одређена Решењем о образовању комисије бр. 9680-2 од 02.11.2017. године, извршила је јавно отварање, анализу и оцену приспелих понуда и о томе поднела извештај по следећем:

Предмет јавне набавке су добра – бр. 487/17 Лабораторијска опрема за потребе ВМА. шифра 33100000. Јавна набавка је обликована у 7 партија.

Набавка је планирана на редном броју 1.1.313. за потребе ВМА, за коју су обезбеђена новчана средства из буџета ВМА за 2017. годину, конто расхода 5125.

Процењена вредност предметне јавне набавке 7.533.103,00 динара, а по партијама: Партија 1. 320.000,00 динара без ПДВ. Партија 2. 320.000,00 динара без ПДВ. Партија 3. 4.166.666,00 динара без ПДВ. Партија 4. 840.000,00 динара без ПДВ. Партија 5. 800.000,00 динара без ПДВ. Партија

6. 200.000,00 динара без ПДВ. Партија 7. 886.437,00 динара без ПДВ.

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена за сваку партију посебно“.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници МО РС, а позив за подношења понуда је објављен на Порталу службених гласила и база прописа РС.

Рок за достављање понуда био је 06.12.2017 године године до 10:30 часова.

У наведеном року благовремено су доставили понуђачи „
„VIVOGEN,,d.o.o.,VICOR,,d.o.o.,ALFATRADE ENTERPRISE,,d.o.o.,ELTA 90,,MS d.o.o.са „Елта 90 М Ltd „ALFA MED,,d.o.o.,EAST DIAGNOSTICS,,d.o.o
„LABENA,, d.o.o.,LAB SET,,d.o.o.,SUPERLAB,,d.o.o.,INSTRUMENTI,,d.o.o.,ANALYSIS,,d.o.o сви из Београда, „PROMEDIA,,d.o.o.,из Кикинђе и „ENGEL,,d.o.o.,из Новог Сада.

Јавно отварање понуда извршено је 06.12.2017 године и том приликом вођен је записник о јавном отварању понуда под бр. 9680-26 од 06.12.2017 године.

Након спроведеног поступка јавног отварања и стручне оцене понуде комисија је констатовала да је:

-Понуђач „Vivogen „ d.o.o из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број Партија	Једи мере	Коли чина	Јединич цена/ком	Укупна вредност без ПДВ-а,	Рок за квантит ативног пријема	Рок за квалитативног пријема од дана квантитативног пријема	Гарантни рок	Рок плаћања	Опција понуде
4	ком	1	483.840,00	483.840,00	100 дана	5 дана, од квал.	24 месеца	Авансно	90 дана
5	ком	1	503.635,00	503.635,00	100 дана	5 дана од квал.	24 месеца	Авансно	90 дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а									987.475,00

Понуда садржи битне недостатке, није попуњен прилог 14 изјава о достављању инструмента за обезбеђење за повраћај аванса - банкарске гаранције, а осим тога не испуњава техничке карактеристике и за партију 4 јер не испуњава све тражене техничке услове (максимална брзина центрифугирања, трајање убрзавања, трајање кочења...). Понуда је неприхватљива.

-Понуђач „ VICOR „ d.o.o, из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број Партије	Једи мере	Коли чина	Јединич цена	Укупна вредност без ПДВ-а,	Рок за квантит ативни	Рок за квалитативног пријема од дана квантитативног пријема	Гарантни рок	Рок плаћања	Опција понуде
1	ком	1	249.480,00	249.480,00	30 дана	2 дана	24месеца	Авансно	90дана
2	ком	1	368.650,00	368.650,00	30 дана	2 дана	24месеца	Авансно	90дана
4	ком	1	838.000,00	838.000,00	120 дана	5 дана	24месеца	Авансно	90дана
5	ком	1	702.586,00	702.586,00	120 дана	5 дана	24месеца	Авансно	90дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а									

Понуда је неприхватљива за партију 2 јер прелази износ процењене вредности за партију 2.

За партију 1и 5 понуда је одговарајућа и прихватљива.

За Партију 4 (центрифуга с хлађењем) понуда не испуњава све тражене техничке услове (ставка 13 - ниво буке максимално □60 dB са фиксним ротором за епрувете запремине 1,5/2 ml а нуди се ниво буке 63 dB) па је неодговарајућа односно неприхватљива.

-Понуђач „ SUPERLAB „ d.o.o, из Београда доставио благовремену понуду за:

[illegible]

Понуда је одговарајућа и прихватљива за партије 1 и 7.

За партију 3- FT-IR спектрометар уз понуду није достављен доказ о испуњености следећих захтеvaniх техничких карактеристика :

-стандарт за АТР модел (ставка 1. 13).

-софтвер за хеометриске методе (ставка 1.10) није доказана,

- у техничким карактеристикама за оптику није видљиво да је динамички преподешени интерферометар дизајна Michelson,

-изјава о доказу техничких спецификација (ставка 1.15) је достављена на меморандуму понуђача што није дозвољено, а предметна изјава својом садржином се не односи на доказивање те карактеристике.

Понуђачу је упућен захтев за појашњење понуде за партију 4. актом бр. 9682-41 од 07.12.2017. године следеће садржине: „за партију 4:-центрифуга са хлађењем, из ваше понуде нисмо установили - где се из приложене документације може утврдити да понуђено добро „Англеротор, 30-place Cat. No. 1689-A“ испуњава тражене карактеристике: да је поклопац алуминијумски или еквивалент, да се поклопац закључава, да је херметичко затварање и да постоји тефлонски или еквивалентни премаз, па је потребно да нам то одговорите,,.

Понуђач је доставио одговор актом бр. 9680-44 од 08.12.2017 године у коме је навео да својом изјавом тврди да је ротор Cat.No.1689-A направљен од алуминијума и има одговарајући поклопац направљен од алуминијума који се закључава, да има херметичко затварање и да на поклопцу постоји премаз који је еквивалент тефлонском. У прилог тој изјави тврди да се то види из слике из достављеног проспекта под ставком 17 на 8 страни, а да наручилац, уколико није у стању да то види, разлог је у црнобелој штампи. За премаз такође тврди да је доказан наводом: „With Bio –containment phenol –resist,,.

Стручни део комисије прихвата појашњење које се односи на премаз, али не прихвата изјаву самог понуђача (а не произвођача што је дозвољено конкурсним условима) и нејасан навод да се материјал израде поклопца (алуминијум или еквивалент) може утврдити само са нејасне слике, а без пратећег текста да се реди о траженом материјалу. Осим тога, понуђач није доказао (осим сопствене изјаве што се не може прихватити) да се полопац закључава и да има херметичко затварање.

Понуда понуђача за партију 4 је неодговарајућа односно неприхватљива.

-Понуђач „ ENGEL „ d.o.o, из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број партије	Једи мере	Коли чина	Јединич цена	Укупна вредност без ПДВ-а,	Рок за квантит ативни	Рок за квалитативног пријема од дана квантитативног пријема	Гарантни рок	Рок плаћања	Опција понуде
4	ком	1	485.200,00	485.200,00	120 дана	1дан	24месеца	Авансно	90дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а									485.200,00

За партију 4, понуђена центрифуга не испуњава све тражене техничке карактеристике (понуђач упућује на изјаву произвођача из које се не види да уређај испуњава тражене карактеристике – Могућност програмирања времена трајања центрифугирања, потрошња електричне енергије). Понуда је неодговарајућа односно неприхватљива.

-Заједничка понуда „ ELTA 90 „ Medical Science d.o.o, и Elta 90 M.Lid. из Београда достављена благовремена понуду за:

Редни број партије	Јединице	Количина	Јединична цена	Укупна вредност без ПДВ-а	Рок за квантитативни	Рок за квалитативног пријема од дана квантитативног пријема	Гарантни рок	Рок плаћања	Опција понуде
1	ком	1	298.835,00	298.835,00	30 дана	2 дана	24месеца	Авансно	90дана
2	ком	1	406.775,00	406.775,00	30 дана	2 дана	24месеца	Авансно	90дана
4	ком	1	787.500,00	787.500,00	120 дана	5 дана	24месеца	Авансно	90дана
5	ком	1	598.750,00	598.750,00	120 дана	5 дана	24месеца	Авансно	90дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а									2.091.860,00

Понуда је неприхватљива за партију 2 јер прелази износ процењене вредности за партију 2 и прихватљива за партије 1 и 5.

Понуђачу је упућен захтев за појашњење понуде за партију 4. актом бр 9680-40 од 07.12.2017год. „за партију 4:-центрифуга са хлађењем, из ваше понуде нисмо установили - где се из приложене документације може утврдити да понуђено добро „Angle Rotor, 30x1,5/2 ml Order. No. 221.17V07“ испуњава тражене карактеристике: да је поклопац алуминијумски или еквивалент, да се поклопац закључава, да је херметичко затварање и да постоји тефлонски или еквивалентни премаз, па је потребно да нам то одговорите,,.

Понуђач је доставио одговор бр. 9680-43 од 08.12.2017 године у коме није доказао ниједан од захтева за појашњење. Појашњење је дато у форми сопствене изјаве, дескриптивно и без конкретних одговора на јасно дефинисана питања те стручни део комисије не прихвата појашњење.

Понуда за партију 4 је неодговарајућа односно неприхватљива.

Понуђач „ ALFATRADE ENTERPRIS „ d.o.o, из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број партије	Јединице	Количина	Јединична цена	Укупна вредност без ПДВ-а	Рок за квантитативни	Рок за квалитативног пријема од дана квантитативног пријема	Гарантни рок	Рок плаћања	Опција понуде
4	ком	1	828.662,45	828.662,45	120 дана	5дана	24месеца	Авансно	90дана
5	ком	1	702.586,000	702.586,00	120 дана	5дана	24месеца	Авансно	90дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а									1.531.248,40

Понуда је одговарајућа и прихватљива .

Понуђач „ ALFA MED „ d.o.o, из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број партије	Јединице	Количина	Јединична цена	Укупна вредност без ПДВ-а	Рок за квантитативни	Рок за квалитативног пријема од дана квантитативног пријема	Гарантни рок	Рок плаћања	Опција понуде
1	ком	1	276.490,00	276.490,00	30 дана	2дана	24месеца	Авансно	90дана
2	ком	1	318.660,00	318.660,00	30 дана	2 дана	24месеца	Авансно	90дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а									595.150,00

Понуда је одговарајућа и прихватљива за партију 1 и 2.

Понуђач „ LAB SET „, d.o.o, из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број партије	Једи мере	Коли чина	Јединич цена	Укупна вредност без ПДВ-а	Рок за квантит ативни	Рок за квалитативног пријема од дана квантитативног пријема	Гарантни рок	Рок плаћања од записника од квалитативног и квантитативног пријема	Опција понуде
4	ком	1	720.000,00	720.000,00	40 дана	5 дана	24 месеца	Авансно	90 дана
5	ком	1	580.000,00	580.000,00	40 дана	5 дана	24 месеца	Авансно	90 дана
6	ком	1	105.000,00	105.000,00	40 дана	5 дана	24 месеца	Авансно	90 дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а									1.405.000,00

Понуда је одговарајућа и прихватљива за партију 5 и 6.

Понуђачу је упућен захтев за појашњење понуде за партију 4. актом бр.. 9680-40 од 07.12.2017 године следеће садржине : „за партију 4:-центрифуга са хлађењем, из ваше понуде нисмо установили - где се из приложене документације може утврдити да понуђено добро „Rotor, Angle, 30x1,5/2 ml Order. No. 30314836“ испуњава тражене карактеристике: да је поклопац алуминијумски или еквивалент, да се поклопац закључава, да је херметичко затварање и да постоји тефлонски или еквивалентни премаз, па је потребно да нам то одговорите,,.

Понуђач је доставио одговор актом бр 9680-42 од 08.12.2017 године у коме наводи да је у оригиналној брошури произвођача наведено да је ротор израђен од алуминјума или еквивалентног материјала, а пошто наручилац није прецизирао шта је еквивалент алуминјума, сматра да се може понудити и нерђајући челик даље наводи да се из документације може утврдити херметичко затварање и могућност окретања и закључавања поклопца ротора.

Стручни део комисије прихвата наводе који се односе на херметичко затварање и закључавање поклопца, али не прихвата појашњење које се односи на материјал од кога је израђен поклопац. Ово и због тога што сам понуђач не помиње поклопац ротора (за који је наручилац тражио појашњење и техничком спецификацијом предвидео да је поклопац ротора израђен од алуминјума или еквивалента) већ наводи материјал израде ротора. На слици достављеној уз појашњење - ротор са поклопцем, јасно се види да је поклопац од провидног материјала који није металне природе.

Понуда за партију 4 је неодговарајућа односно неприхватљива.

Понуђач „ INSTRUMENTI „, d.o.o, из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број партије	Једи мере	Коли чина	Јединич цена	Укупна вредност без ПДВ-а	Рок за квантит ативни	Рок за квалитативног пријема од дана квантитативног пријема	Гарантни рок	Рок плаћања од записника од квалитативног и квантитативног пријема	Опција понуде
4	ком	1	643.450,00	643.450,00	40 дана	5 дана	24 месеца	Авансно	90 дана
6	ком	1	128.000,00	128.000,00	40 дана	5 дана	24 месеца	Авансно	90 дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а									771.450,00

Понуда садржи битне недостатке, није попуњен прилог 14 изјава о достављању инструмента за обезбеђење за повраћај аванса - банкарске гаранције и није достављена меница за озбиљност понуде, картон депонованих пописа, потврда о регистрацији менице и менично овлашћење.

Понуда понуђача за партију 6 испуњава техничке карактеристике , за партију 4 - Centrifuga не испуњава све тражене техничке услове – (понуђен је ротор А24-2 за епрувете запремине 1,5/2 мл са 24 места, а тражено је минимално 30 места) не испуњава техничке карактеристике, али је за обе партије неприхватљива због битног недостатка.

На основу напред наведеног комисија је предложила:

- да се одбије понуда понуђача „Superlab,, из Београда као неприхватљива за партије 3 и 4 .
- да се одбије понуда понуђача „ProMedia ,, из Кикинде као неприхватљива за партију 3 .
- да се одбије понуда понуђача „ Engel,, из Новог Сада као неприхватљива за партију 4 .
- да се одбије понуда понуђача „ East diagnostics,, из Београда као неприхватљива за партију 5.
- да се одбије понуда понуђача „ Instrumenti,, из Београда као неприхватљива за партије 4 и 6 .
- да се одбије понуда понуђача „Vivogen,, из Београда као неприхватљива за партију 4 и 5.
- да се одбије понуда понуђача „Lab set,, из Новог Сада као неприхватљива за партију 4.
- да се одбије понуда понуђача „ Vicor,, d.o.o из Београда за партије 2 и 4.

- да се применом критеријума „најнижа понуђена цена за сваку партију посебно“ уговор додели:

Понуђачу „ Superlab,, d.o.o из Београда за партије 1 и 7 укупне вредности 731.605,00 динара без ПДВ-а.

Понуђачу „Alfa med,, из Београда за партију 2 укупне вредности 318.660,00 динара без ПДВ-а.

Понуђачу „ANALYSIS,, из Београда за партију 3 укупне вредности 3.950.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђачу „Alfatrade enterprise,, из Београда за партију 4 укупне вредности 828.662,45 динара без ПДВ-а.

Понуђачу „Labena,, из Београда за партију 5 укупне вредности 359.448,00 динара без ПДВ-а.

Понуђачу „Lab set,, из Новог Сада за партију 6 укупне вредности 105.000,00 динара без ПДВ-а.

Комисија је сачинила предлог уз претходно усаглашене ставове.

На основу свега горе изнесеног прихватио сам предлог комисије и одлучио као у диспозитиву.

Правна поука: Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама (члан 148 – 167) Закона о јавним набавкама.

ЈМ.

- уз омот предмета 9680/17



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић