



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 9680 - 10

15 NOV 2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке лабораторијска опрема -
бр.487/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Molimo Vas za sledeća pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi obrasca 6 – I - 4
Tehničke karakteristike koje ponudeno dobro mora da poseduje i elementi tehničke podrške,
za partiju 3 – FT-IR SPEKTROMETAR:

Питање: *Pozicija 1.2 zahtevan je: Detektor: High Performance Deuterated Triglycerine Sulfate (DTGS)*

Da li je prihvatljivo ponuditi FT-IR spektrometar sa DLATGS detektorom (deuterated l-alanine-doped triglycine sulfate) obzirom da pripada istom tipu detektora (pyroelectric) kao i traženi DTGS (deuterated triglycine sulfate)?

Одговор: За позицију 1.2 спектрометар мора имати детектор како је већ наведено у спецификацији;

Питање: *Pozicija 1.4. zahtevan je: Dinamički predpodešen interferometar Michelson dizajn*

Da li je prihvatljivo ponuditi FT-IR spektrometar sa trajno podešenim interferometrom , Rock Solid dizajn sa 10 godina garancije?

Одговор: За позицију 1.4 неопходан је интерферометар како је већ наведено у спецификацији;

Питање: *Pozicija 1.9 zahtevano je: Upravljanje preko RC/USB 2.0 interfejsa*

Da li je prihvatljivo da je upravljanje preko Ethernet priključka?

Одговор: За позицију 1.9 неопходно је управљање како је већ наведено у спецификацији;

Питање: *Pozicija 1.11. zahtevano je: Sprovodjenje IQ i OQ procedure prema industrijskom standardu uljučujući ASTM 1421-99 standard za OQ.*

Da li je prihvatljivo sprovođenje IQ i OQ procedure prema industrijskom standardu uljučujući ASTM 1421-99 standard za OQ ili Evropsku farmakopeju PhEur 2.2.24?

Одговор: За позицију 1.11 неопходно је спровођење процедура према стандардима како је већ наведено у спецификацији;

Питање: Позиција 1.13 заhtevano је: Motorizovani validacioni točak, sertifikovani referentni standardi i sistem validacije performanci s hardverom i softverom u skladu sa ASTM 1421 metodom. Sprovođenje automatske OQ procedure sa sertifikovanim NPL i NIST referentnim standardima. Standard za ATR modul.

Da li je prihvatljivo ponuditi : Motorizovani validacioni točak, sertifikovani referentni standardi i sistem validacije performanci s hardverom i softverom u skladu sa ASTM 1421 metodom ili Evropskom farmakopejom PhEur 2.2.24. Sprovođenje automatske OQ procedure sa sertifikovanim NPL i NIST referentnim standardima?

Одговор: За позицију 1.13 неопходно је усклађивање са методом и стандардима како је већ наведено у спецификацији

ЈМ

Достављено:


- у омот предмета 9680/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



ЗАСТАВНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

Пукотник

проф. др Милош Вукосављевић