



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 6150 - 42
06 AUG 2016

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица :

У отвореном поступку јавне набавке добра, ултразвучни уређаји са пратећим сондама, ознака из ОРН: 33168000, обликоване у 2 партије, редни број 252/2016, заинтересована лица су поставила следећа питања:

„Након детаљне анализе конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке број 252/16 - Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Војномедицинске академије, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад, расписану на Порталу јавних набавки 16.06.2016 постављамо Вам следећа питања за:

Питања за партију 1.1

Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Клинике за неурологију ВМА:

1. Сходно позитивним законским одредбама тражимо промену следећег:

"Линеарна мултифреквентна 2Д сонда(или матрична), опсега 5-11 MHz или шире, за прегледе крвних судова са дужином снимања од најмање 14 цм, са ширином кристала најмање 40 +/- 2 мм" тако да гласи:

"Линеарна мултифреквентна 2Д сонда(или матрична), опсега 5-11 MHz (+/- 1 MHz) или шире. за прегледе крвних судова са дужином снимања од најмање 10 цм, са ширином кристала од минимум 40 мм."

Образложење: Имајући увиду да шире сонде покривају већу регију од интереса из ког разлога су и лакше за манипулацију, овим путем Вас молимо да прихватите наш предлог а циљу обезбеђивања максималног комфора при раду што као резултат има постизање високо квалитетног прегледа пацијената.

Када се узму у обзир ултразвучни прегледи у току којих постоји потреба за дубљом пенетрацијом(14 цм или више) уобичајено је да се исти раде конвексном сондом(а исте су такође дефинисане конкурсном документацијом) јер линеарна сонда на наведеној траженој дубини има изузетно слабу дијагностичку вредност.

Молимо Вас да због равноправности међу потенцијалним понуђачима, као и поштовања чл. 10 и 12 ЗоЈН и прихватања сугестија других понуђача прихватите и нашу сугестију која не утиче на тражену функционалност нити на квалитет апарата."

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

Питања за партију 1.2

„Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Клинике за ендокринологију ВМА:

1. Сходно позитивним законским одредбама тражимо промену следећег:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 5-11 MHz или шире, за прегледе крвних судова са дужином снимања од најмање 14 cm, са ширином кристала најмање 40 +/- 2 mm са подржаним водичем за биопсију" тако да гласи:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 5-11 (+/-1 MHz) у MHz или шире, за прегледе крвних судова са дужином снимања од најмање 10 cm, са ширином кристала од минимум 40 mm са подржаним водичем за биопсију."

Образложење: Имајући увиду да шире сонде покривају већу регију од интереса из ког разлога су и лакше за манипулацију, овим путем Вас молимо да прихватите наш предлога циљу обезбеђивања максималног комфора при раду што као резултат има постизање високо квалитетног прегледа пацијената.

Када се узму у обзир ултразвучни прегледи у току којих постоји потреба за дужином пенетрацијом(14 cm или више) уобичајено је да се исти раде конвексном сондом(а исте су такође дефинисане конкурсном документацијом) јер линеарна сонда на наведеној траженој дубини има изузетно слабу дијагностичку вредност.

Молимо Вас да због равноправности међу потенцијалним понуђачима, као и поштовања чл. 10 и 12 ЗОЈН и прихватања сугестија других понуђача прихватите и нашу сугестију која не утиче на тражену функционалност нити на квалитет апарата."

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

„2. Сходно позитивним законским одредбама тражимо промену следећег:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 7-14 MHz, или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелетни систем и површна ткива) са дужином снимања најмање 8 cm, са ширином кристала најмање 50 mm, са подржаним водичем за биопсију." тако да гласи:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 7-14 MHz (+/-1 MHz), или шире, за прегледе меких ткива(врат, дојке, мускулоскелетни систем и површна ткива) са дужином снимања најмање 8 cm, са ширином кристала најмање 40 mm, са подржаним водичем за биопсију."

Образложење: Код високофреквенцијских сонди где је фокус прегледа на квалитетном приказу површинских структура до дубина од 1 до 2 cm ширина кристала од 40 mm или више је сасвим задовољавајућа јер предметном сондом при прегледу дојке се манипулише по широј регији стога одступање у ширини саме сонде нема апсолутно никакав утицај на финални резултат прегледа, стога Вас молимо да усвојите наш предлог.

Молимо Вас и да због равноправности међу потенцијалним понуђачима, те поштовања чл. 10 и 12 ЗОЈН и прихватања сугестија других понуђача прихватите и нашу сугестију која не утиче на тражену функционалност нити на квалитет апарат."

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

Питања за партију 1.3

„Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш :

1. Сходно позитивним законским одредбама тражимо промену следећег:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 5-11 MHz или шире, за прегледе крвних судова са дужином снимања од најмање 14 cm, са ширином кристала најмање 40 +/- 2 mm са подржаним водичем за биопсију" тако да гласи:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 5-11 MHz (+/-1 MHz) или шире, за прегледе крвних судова са дужином снимања од најмање 10 cm, са ширином кристала од минимум 40 mm са подржаним водичем за биопсију."

Образложење: Имајући увиду да шире сонде покривају већу регију од интереса из ког разлога су и лакше за манипулацију, овим путем Вас молимо да прихватите наш предлога

циљу обезбеђивања максималног комфора при раду што као резултат има постизање високо квалитетног прегледа пацијената.

Када се узму у обзир ултразвучни прегледи у току којих постоји потреба за дубљом пенетрацијом (14 цм или више) уобичајено је да се исти раде конвексном сондом (а исте су такође дефинисане конкурсном документацијом) јер линеарна сонда на наведеној траженој дубини има изузетно слабу дијагностичку вредност.

Молимо Вас да због равноправности међу потенцијалним понуђачима, као и поштовања чл. 10 и 12 ЗоЈН и прихватања сугестија других понуђача прихватите и нашу сугестију која не утиче на тражену функционалност нити на квалитет апарата.“

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

„2. Сходно позитивним законским одредбама тражимо промену следећег:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 7-14 MHz, или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелетни систем и површна ткива) са дубином снимања најмање 8 cm, са ширином кристала најмање 50 mm, са подржаним водичем за биопсију." тако да гласи:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда (или матрична), опсега 7-14 MHz (+/- 1MHz), или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелетни систем и површна ткива) са дубином снимања најмање 8 cm, са ширином кристала најмање 40 mm, са водичем за биопсију."

Образложење: Код високофреквенцијских сонди где је фокус прегледа на квалитетном приказу површинских структура до дубина од 1 до 2 cm ширина кристала од 40 mm или више је сасвим задовољавајућа јер предметном сондом при прегледу дојке се манипулише по широј регији стога одступање у ширини саме сонде нема апсолутно никакав утицај на финални резултат прегледа, стога Вас молимо да усвојите наш предлог.

Молимо Вас и да због равноправности међу потенцијалним понуђачима, те поштовања чл. 10 и 12 ЗоЈН и прихватања сугестија других понуђача прихватите и нашу сугестију која не утиче на тражену функционалност нити на квалитет апарат.“

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

„3. Имајући у виду да је да је првобитни технички опис на тему функционалности везано за Еластрографију био:

“Систем за еластрографију " Shear Wave" Elastography или одговарајући са графичким бојењем и квантификацијом суспектних промена у складу са еластичношћу ткива у живој слици у региону од интереса: Приказ еластрограма и слике у 2D моду..”

Овим путем апелујемо да се предметна карактеристика дефинише на начин који је у складу са првобитно дефинисаним описом који је омогућавао ,сходно опису функционалности предметног захтева, учешће већег броја понуђача:

“Систем за еластрографију “Share Wave” Elastography доступан на конвексној абдоминалној сонди (пожељно и на линеарној сонди за мека ткива) или „Real time“ („strain“) еластрографију, са графичким бојењем и квантификацијом суспектних промена у складу са еластичношћу ткива у живој слици у региону од интереса, доступна на конвексној сонди и на линеарној сонди за мека ткива. Приказ промена еластичности ткива или приказ еластрограма и слике у 2D моду.”

Образложење:

Молимо Вас да због равноправности међу потенцијалним понуђачима, те поштовања чл. 10 и 12 ЗоЈН и прихватања сугестија других понуђача прихватите и нашу сугестију која се и складу са првобитним функционалном опис предметне ставке јер смо у противном дискриминасни и ускраћени за учешће са ултразвучним апаратима високе класе. Подсећамо Вас да сте поменути техничку спецификацију већ више пута мењали и прихватили питања потенцијалних понуђача чиме су минимални технички захтеви кроз измене драстично смањили конкуренцију, те Вас молимо да и овог пута омогућите конкуренцију и

равноправно учешће међу свим понуђачима а све уз скалду са потребама који сте ви првобитно дефинисали.

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурнсе документације.

Питања за партију 2

„Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Института за радиологију ВМА:

1.Сходно позитивним законским одредбама тражимо промену следећег:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 5-11 MHz или шире, за прегледе крвних судова са дужином снимања од најмање 14 cm, са ширином кристала најмање 40 +/- 2 mm са подржаним водичем за биопсију" тако да гласи:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 5-11 (+/-1 MHz) MHz или шире, за прегледе крвних судова са дужином снимања од најмање 10 cm, са ширином кристала од минимум 40 mm са подржаним водичем за биопсију."

Образложење:Образложење: Имајући увиду да шире сонде покривају већу регију од интереса из ког разлога су и лакше за манипулацију, овим путем Вас молимо да прихватите наш предлог а циљу обезбеђивања максималног комфора при раду што као резултат има постизање високо квалитетног прегледа пацијената.

Када се узму у обзир ултразвучни прегледи у току којих постоји потреба за дубљом пенетрацијом(14 cm или више) уобичајено је да се исти раде конвексном сондом(а исте су такође дефинисане конкурсном документацијом) јер линеарна сонда на наведеној траженој дубини има изузетно слабу дијагностичку вредност.

Молимо Вас да због равноправности међу потенцијалним понуђачима, као и поштовања чл. 10 и 12 ЗоЈН и прихватања сугестија других понуђача прихватите и нашу сугестију која не утиче на тражену функционалност нити на квалитет апарата."

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурнсе документације.

„2.Сходно позитивним законским одредбама тражимо промену следећег:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 7-14 MHz, или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелетни систем и површна ткива) са дужином снимања најмање 8 cm, са ширином кристала најмање 50 mm, са подржаним водичем за биопсију." тако да гласи:

"Линеарна мултифреквентна 2D сонда(или матрична), опсега 7-14 MHz (+/-1 MHz), или шире, за прегледе меких ткива (врат, дојке, мускулоскелетни систем и површна ткива) са дужином снимања најмање 8 cm, са ширином кристала најмање 40 mm, са водичем за биопсију."

Образложење: Код високофреквенцијских сонди где је фокус прегледа на квалитетном приказу површинских структура до дубина од 1 до 2 cm ширина кристала од 40 mm или више је сасвим задовољавајућа јер предметном сондом при прегледу дојке се манипулише по широј регији стога одступање у ширини саме сонде нема апсолутно никакав утицај на финални резултат прегледа, стога Вас молимо да усвојите наш предлог.

Молимо Вас и да због равноправности међу потенцијалним понуђачима, те поштовања чл. 10 и 12 ЗЈН и прихватања сугестија других понуђача прихватите и нашу сугестију која не утиче на тражену функционалност нити на квалитет апарат.

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурнсе документације.

„3. Имајући у виду да је да је првобитни технички опис на тему функционалности везано за Еластрографију био :

"Систем за еластрографију "Shear Wave" Elastography или одговарајући са графичким бојењем и квантификацијом суспектних промена у складу са еластичношћу ткива у живој слици у региону од интереса:Приказ еластрограма и слике у 2Д моду.."

Овим путем апелујемо да се предметна карактеристика дефинише на начин који је у складу са првобитно дефинисаним описом који је омогућавао ,сходно опису функционалсти предметног захтева, учешће већег броја понуђача:

“Систем за еластографију “Share Wave” Elastography доступан на конвексној абдоминалној сонди(пожељно и на линеарној сонди за мека ткива) или „Real time“(„strain“) еластографију, са графичким бојењем и квантификацијом суспектних промена у складу са еластичношћу ткива у живој слици у региону од интереса, доступна на конвексној сонди и на линеарној сонди за мека ткива. Приказ промена еластичности ткива или приказ еластограма и слике у 2D моду.”

Образложење:

Молимо Вас да због равноправности међу потенцијалним понуђачима, те поштовања чл. 10 и 12 ЗоЈН и прихватања сугестија других понуђача прихватите и нашу сугестију која се и складу са првобитним функционалном опис предметне ставке јер смо у противном дискриминасни у ускраћени за учешће са ултразвучним апаратима високе класе. Подсећамо Вас да сте домену техничку спецификацију већ више пута мењали и прихватили питања потенцијалних понуђача чиме су минимални технички захтеви кроз измене драстично смањили конкуренцију, те Вас молимо да и овог пута омогућите конкуренцију и равноправно учешће међу свим понуђачима а све уз скалду са потребама који сте ви првобитно дефинисали.“

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурнсе документације.

Питање за партију 1.

„Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Клинике за неурологију, ендокринологију, ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш - 4 комада:

Имајући у виду да је предметна јавна набавка, формирана у две партије, с тим што партију број 1 чине три различита ултразвучна уређаја, ставке 1.1, 1.2 и 1.3, а партију број 2, један ултразвучни апарат - Овим путем морамо напоменути, да ми као и већина других понуђача, не можемо поднети понуду за партију број 1, јер у нашем програму продаје, не поседујемо сва три ултразвучна уређаја, тражених карактеристика.

Наручилац је дужан да сагласно Начелу обезбеђивања конкуренције, (чл 10. ЗЈН), омогући што већу конкуренцију. Наручилац не може ограничити конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.

Молимо Вас да ставке унутар партије 1., раздвојите у засебне партије како би сагласно начелима обезбеђивања конкуренције (чл. 10 ЗЈН) и једнакости понуђача (чл. 12 ЗЈН), што већи број понуђача могао да узме учешће у јавној набавци.

Морамо напоменути да одбијање захтева за раздвајањем ставки из партије 1.,у засебне партије, евентуалним образложењем да понуђачи могу испунити услове за учешће у партији број 1., подношењем заједничке понуде, у овом случају не би било у складу са ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ (“СИ. Гласник РС”, БР. 51/2009 И 95/2013).

С обзиром да све ставке унутар партије 1., представљају истоврсна добра и да су понуђачи који врше промет ових добара, конкуренција једни другима, не постоји логичко пословни разлог за подношење заједничке понуде.

Пракса подношења заједничке понуде, се примењује у оним случајевима где је јавна набавка формирана, тако да њен предмет представљају добра или услуге (или и добра и услуге) који нису истоврсни.

Чак и када би два или више понуђача поднели заједничку понуду за партију број 1, очигледно би постојала злоупотреба доминантног положаја на тржишту у складу са ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ.


У случају да одбијете наш захтев за раздвајањем ставки унутар партије 1 у засебне партије, молимо вас да објасните из којих оправданих разлога, сте уређај из партије 2 издвојили у засебну партију, односно зашто сте јавну набавку обликовали из две партије?

Овим путем напомињемо да на већ постављено питање нисте одговорили односно навели разлоге због којих је јавна набавке обликована на тренутно дефинисан начин.молимо да објашњење у циљу доказивања да је предметни поступак у складу са законом о заштити конкуренције.“

Одговор:

Није прихватљиво, наручилац остаје у свему према условима из конкурнсе документације

МС



Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС