



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 97 - ИИ
22-07-2019 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 19.07.2019. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 8/19- Пацијент монитора, за потребе ВБ Ниш, по следећем:

„У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, као потенцијални понуђач у отвореном поступку јавне набавке добара - Пацијент монитори за потребе ВБ Ниш, број набавке 8/19, достављамо Вам захтев за појашњење конкурсне документације.

У оквиру техничке спецификације у делу “Додатни модули са припадајућим прибором/опремом за рад са пацијентима”, тражите између осталог следеће модуле:

- модул за праћење Cardiac Output (C.O.) са припадајућим прибором/опремом (прибор/опрема мора минимално да садржи кабл са сензором),
- модул за праћење хемодинамских параметара (PICCO) са припадајућим прибором/опремом (прибор/опрема мора минимално да садржи кабл са сензором и катетер) и
- BISx (модул за биспектрално мерење) са припадајућим прибором/опремом (прибор/опрема мора минимално да садржи кабл са сензором).

Имајући у виду да тражите укупно по један од наведених модула молимо Вас да нам потврдите да ли смо добро разумели да сваки монитор мора да поседује могућност преносних “plug and play” модула?“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара заинтересованом лицу:


Сваки монитор мора да поседује могућност преносивих „plug and play“ модула, како би се додатни модули могли користити на било ком од 24 пацијент монитора.

У конкурсној документацији за ЈН бр. 8/19- Пацијент монитора за потребе ВБ Ниш, у Обрасцу техничке спецификације (Образац бр. 1.2.), у тачкама бр. 2.14 и 2.15. је и

наведено да сваки пацијент монитор мора да има могућност коришћења, односно надоградње тражених додатних модула.

Тачније, у Обрасцу техничке спецификације (Образац бр. 1.2.), у тачки бр. 2.14. тражена је техничка карактеристика: „Могућност надоградње модулом за мерење ИВР (инвазивног притиска), док је у тачки бр. 2.15. тражено: „Могућност надоградње модулом за праћење Cardiac Output (C.O.) и хемодинамских параметара (PICCO).“ После тачке бр. 2.15. ће се додати тачка бр. 2.16., која гласи: „Монитор мора да има могућност надоградње модулом за BISx (modul za bispektralno merenje)“, док преостале тачке, чији су редни бројеви од 2.16. до 2.20, последично мењају редне бројеве, односно исти ће се повећати за један.

Измене конкурсне документације у складу са горе датим одговором, односно са додавањем тачке бр. 2.16., ће бити објављене на Порталу јавних набавки и Порталу МО. Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

АЛ 




ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ПОТПУКОВНИК

Дарио Малешевић



Достављено:

- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.