



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних

осигурањика

Бр. 98- 15

25 APR 2016 . године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12, 68/15), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњењем конкурсне документације за ЈН бр. 3/16: Дијагностички материјал за анализаторе произвођача „Biograd“ или одговарајуће, по следећем:

Понуђач :

1. Да ли је прихватљиво за партију 1, ставке 4 и 5, понудити лиофилизоване контроле уместо течних како је наведено у техничким карактеристикама?
2. У партији 1, ставке 23 и 24 може понудити само један понуђач у Србији. Молимо Вас да наведене ставке избаците из партије 1 и да их ставите у засебну партију чиме ћете омогућити већем броју понуђача да учествује, а све у складу са законом о јавним набавкама.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену/допуну конкурсне документације за јавну набавку добара број 3/16- Дијагностички материјал за анализаторе произвођача „Biograd“ или одговарајуће, по следећем:

Мења се назив и опис средства на **позицији број 4, партије број 1** и гласи:
“Клиничка хемија, остале контроле клиничке хемије, течни или лиофилизоване, ниво 1, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800”.


Мења се назив и опис средства на **позицији број 5, партије број 1** и гласи:
“Клиничка хемија, остале контроле клиничке хемије, течни или лиофилизоване ниво 2, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800”.

Мења се назив и опис средства на **позицији број 23, партије број 1** и гласи:
“Клиничка хемија, остале урине контроле, нормални ниво, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800, ADVIA CENTAUR XP/CP (kortizol, Na, K, Cl, urea, fosfor, Ca, Mg, kreatinin, mokračna kiselina)”.

Мења се назив и опис средства на позицији број 24, партије број 1 и гласи:
“Клиничка хемија, остале урине контроле, патолошки ниво, контрола квалитета компатибилна са методом/ апаратом Dimension RxL MAX/X PAND i ADVIA 1200/1800, ADVIA CENTAUR XP/CP (kortizol, Na, K, Cl, urea, fosfor, Ca, Mg, kreatinin, mokraćna kiselina)”.

Прилог:

-Измењене стране Конкурсне документације (стр. бр. 5, 7, 36 и 41)

ИШ.-


Достављено:
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-Омот предмета



| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | Ukupno | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja |
|-----------|---|-----------|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| 1,3 | Imunohemija, višekomponentne imunohemijske kontrole (CRP,Rf, prealbumin, C3, C4, IgA, IgG, IgM), nivo 3, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 18 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,4 | Klinička hemija, ostale kontrole kliničke hemije, tečni ili liofilizovani, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 648 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,5 | Klinička hemija, ostale kontrole kliničke hemije, tečni ili liofilizovani, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 576 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,6 | Imunohemija, višeparametarske, imunohemijske kontrole za prenatalnu dijagnostiku, set 3 nivoa, kompatibilna sa metodom/aparatom IMMULITE 2000 | set | 2 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,7 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Immulite 2000 | ml | 36 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,8 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere, nivo 2, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Immulite 2000 | ml | 36 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,9 | Kontrola kvaliteta za biohemiju 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima Dimension RxL MAX/X PAND i ADVIA 1200/1800) | set | 1 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Isporuka 15 dana od dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika | 6 meseci od dana isporuke |
| 1,10 | Kontrola kvaliteta za hormone tum. markere 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka, međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa aparatima ARCHITECT i 2000/i 1000, IMMULITE 2000, ADVIA CENTAUR XP/CP, COBAS 600 CORE UNIT+e601, ELECSYS 2010 | set | 1 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Isporuka 15 dana od dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika | 6 meseci od dana isporuke |

| Red. broj | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | Ukupno | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja |
|-----------|--|-----------|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| 1,19 | Kontrola kvaliteta za hemostazu 12 meseci (set 12 kontrolnih uzoraka), međunarodna kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom BCS XP, BCT (za minimum 8 parametara) | set | 1 | sertifikat proizvođača o kvalitetu | NE | NE | Isporuka 15 dana od dobijanja pisanog zahteva krajnjeg korisnika | 6 meseci od dana isporuke |
| 1,20 | Imunohemija višeparametarske kontrole, set od 3 nivoa, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (AFP, C-peptid, CEA, kortizol, DHEAS, E2, FOL, FSH, ThCG, insulin, LH, PRG, PRL, TPSA, fPSA, ft3, T3, ft4, T4, tes | set | 16 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,21 | Imunohemija, kontrolni serum za tumor markere, set od 3 nivoa, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom ADVIA CENTAUR XP/CP, Immulite 2000 (CA 19-9, fPSA, CA125, CA15-3) | set | 4 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,22 | Klinička hemija specifični kontrolni serumi za spinalnu tečnost, nivo 1, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 36 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,23 | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, normalni nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800, ADVIA CENTAUR XP/CP (kortizol, Na, K, Cl, urea, fosfor, Ca, Mg, kreatinin i mokraćna kiselina) | ml | 360 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |
| 1,24 | Klinička hemija, ostale urinarne kontrole, patološki nivo, kontrola kvaliteta kompatibilna sa metodom/aparatom Dimension RxL MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800, ADVIA CENTAUR XP/CP (kortizol, Na, K, Cl, urea, fosfor, Ca, Mg, kreatinin i mokraćna kiselina) | ml | 360 | | DA | DA | Isporuka u celosti 15 dana po potpisivanju ugovora | 12 meseci od dana isporuke |

| Редни број | Назив и опис средства | Јединица мере | ВМА | ЦАПСК | ВМЦ Нови Сад | ВБ Ниш | Укупно | Назив средства и произвођач, каталожни број или одговарајућа ознака |
|------------|---|---------------|-----|-------|--------------|--------|--------|---|
| 1,2 | Имунохемија, вишекомпонентне имунохемијске контроле (СРР, Rf, преалбумин, С3, С4, IgA, IgG, IgM), ниво 1, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension Rxl MAX / X PAND, ADVIA Dimension Rxl MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | 54 | | 18 | 18 | 90 | |
| 1,3 | Имунохемија, вишекомпонентне имунохемијске контроле (СРР, Rf, преалбумин, С3, С4, IgA, IgG, IgM), ниво 3, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension Rxl MAX / X PAND, ADVIA Dimension Rxl MAX / X PAND, ADVIA 1200/1800 i Immulite 2000 | ml | | | | 18 | 18 | |
| 1,4 | Клиничка хемија, остале контроле клиничке хемије, течни или лиофилизован, ниво 1. контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension Rxl MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 180 | | 180 | 288 | 648 | |
| 1,5 | Клиничка хемија, остале контроле клиничке хемије, течни или лиофизован, ниво 2. контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension Rxl MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800 | ml | 108 | | 180 | 288 | 576 | |

| Редни број | Назив и опис средства | Јединица мере | ВМА | ЦАГСК | ВМЦ Нови Сад | ВБ Ниш | Укупно | Назив средства и произвођач, каталожни број или олговарајућа ознака |
|------------|--|---------------|-----|-------|--------------|--------|--------|---|
| 1,23 | Клиничка хемија, остале уринарне контроле, нормални ниво, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension Rxl MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800, ADVIA CENTAUR XP/CP (kortizol, Na, K, Cl, urea, fosfor, Ca, Mg, kreatinin, mokraćna kiselina) | ml | 240 | | 120 | | 360 | |
| 1,24 | Клиничка хемија, остале уринарне контроле, патолошки ниво, контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension Rxl MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800, ADVIA CENTAUR XP/CP (kortizol, Na, K, Cl, urea, fosfor, Ca, Mg, kreatinin, mokraćna kiselina) | ml | 240 | | 120 | | 360 | |
| 1,25 | Контрола квалитета за HbA1C 12 месеци (set 12 контролних узорака, међународна контрола квалитета компатибилна са методом/апаратом Dimension Rxl MAX / X PAND i ADVIA 1200/1800) | set | 1 | | | | 1 | |
| 1,26 | Клиничка хемија, остале уринарне контроле, тежни set 2 нивоа, контрола квалитета за физичко хемијски pregled i pregled sedimenta урина компатибилна са методом/апаратом LABUMAT I URISED | set | 6 | | | 24 | 30 | |