



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2167-13
од 04.04.2014..године

Појашњење у вези са припремањем понуде
у поступку јавне набавке СнПС за потребе
Института за радиологију и Клинике за
ургентну интерну медицину, бр. 2167/14,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованих лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 01.04.2014. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересована лица су поставила следећа питања, на које наручилац даје одговор:

1.Питање за партију 10:" Да ли ћете прихватити универзални катетер са 4 рупе и димензија од 8 до 14 F ?"

Одговор: Прихвата се и наведени катетер.

2.Питање за партију 11: " Да ли је у питању кеса за дренажу запремине од 600 мл ?"

Одговор: Да у питању је кеса од 600 мл.

3.Питање за партију 12:" Да ли је прихватив микрокатетер дисталног дијаметра 2,6 F и дужине 150 цм?"

Одговор: Није прихватљив наведени микрокатетер.

4. Питање за партију 13: " Да ли је прихватив микрокатетер величине катетера 2,6 F?"

Одговор: Прихвата се и наведени микрокатетер.

5.Питање за партију 20:" Да ли је прихватљив уводник од 6F дужине 26 и водич жица промера 0,018 инча дужине 80 цм односно промера 0,035 инча дужине 150 цм ?"

Одговор: Прихвата се и наведени уводник.

6.Питање за партију 22:" Да ли ћете прихватити катетер дужине 35 цм уместо 30 цм ?"

Одговор: Прихвата се и катетер наведене дужине.

7. Питање за партију 7:" Да ли можемо да понудимо уводник за катетере од 6, 7 и 8 Fг дужине 65 цм, са фидрофилном заштитом, интегрисаном хемостатском СС валвулом, радиопактним маркером, дилататором са снаолок затварачем и трокраком славиницом F ?"

Одговор: Није прихватљива наведена ширина уводника.

8. Питање за партију 26:" Да ли можемо да понудимо уводнике од 4 до 10 Fг дужине 10 цм са иглом и водич сајлом од 45 цм ?"

Одговор: Прихвата се и уводник наведене дужине.

9. Питање за партију 30:" Да ли можемо да понудимо сет (уводник са сс валвулом, дијаметра од 6 и 7 Fг са кратком водич сајлом од 0,038 инча са дуплим крајем и металном убодном иглом?"

Одговор: Није прихватљив сет наведених карактеристика.

ЗС

НАЧЕЛНИК ВМА
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић

Достављено:

- у омот предмета 2167/14
- заинтересованим лицима

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници МО РС