



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 98 - 30
18.05.2018. године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 16.05.2018. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 11/18 Материјал за ангиографију и ангиопластику – интервентна васкуларна радиологија**, по следећем:

„Поштовани,

Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 11/18 Материјал за ангиографију и ангиопластику – интервентна васкуларна радиологија, и то:

ПИТАЊЕ 1: за партију 9:

Да ли је за наручиоца прихватљива: сајла за увођење катетера дијаметра 0,035 инча, дужине 260cm са J-врхом, челичног језгра, пресвучена тefлоном?

ПИТАЊЕ 2: као доказ техничких карактеристика добара:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач поред каталога као доказ недостајућих техничких карактеристика у каталогу, достави Упутство за употребу медицинског средства или Изјаву произвођача?

Према члану 71. став 3. И 5. Закона о јавним набавкама:

У случају одређивања техничке спецификације, наручилац не може да одбије понуду на основу тога што понуђена добра, услуге или радови не испуњавају постављене услове у погледу дефинисане спецификације и траженог стандарда, уколико понуђач понути одговарајући доказ да добра, услуге или радови, које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда.

Одговарајући доказ члана може бити потврда, технички досије произвођача или извештај са тестирања, које је спровела овлашћена организација.

Имајући у виду цитирану законску одредбу, а посебно чињенице:

- да произвођачи у каталозима објављују техничке карактеристике и перформансе добара према свом нахођењу, које сматрају релевантним;
- да се за иста добра различитих произвођача у каталозима налазе различити подаци о добру;

Закључује се да каталог као рекламни материјал није најверодостојнији и најчвршћи доказ на основу кога се може утврдити да понуђено добро испуњава техничке карактеристике, те вас молимо да дозволите да се поред каталога као доказ техничких карактеристика добара достави Изјава произвођача, Технички фајл (TDS) или Упутство за употребу медицинског средства.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, ОДГОВАРА заинтересованом лицу:

ОДГОВОР 1. Мења се назив и опис средства на партији број 9 која сада гласи: „Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, **dužine 260 cm** sa J-vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom”.

ОДГОВОР 2. Имајући у виду члан 71. став 3. и 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и чињеницу да каталог као рекламни материјал није најверодостојнији и најчвршћи доказ на основу кога се може утврдити да понуђено добро испуњава техничке карактеристике, потенцијални понуђач као доказ да понуђено добро испуњава/поседује тражене техничке карактеристике може поред копије из каталога на српском или енглеском језику у коме је понуђено добро као и тражена карактеристика обележена редним бројем партије, да достави и Изјаву произвођача, Технички фајл (TDS) или Упутство за употребу медицинског средства.

Измена конкурсне документације у складу са одговорима ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

МН ВН 


ДИРЕКТОР
потпуковник
др Радан Костић


Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета