



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 98 - 32
18.05.2018. године
БЕОГРАД

Измену конкурсне
документације,
д о с т а в љ а.

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 98-21 од 11.05.2018. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 11/18 Материјал за ангиографију и ангиопластику – интервентна васкуларна радиологија:

Део 1 – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (страна 3)

Део 2 - УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА, КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ (странице 4 и 5)

Део 6 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (странице 20 и 22)

Мења се Конкурсна документација у делу 1. тачка 1.2. и у делу 2. тачка 2.1. у спецификацији добара :

- за партију број 1 у колони „Количина“, количина и сада гласи „**20**“.
- за партију број 9 у колони „Предмет набавке“, дужина и сада гласи „...**260 cm**...“

Партија број	Предмет набавке	Јед мере	Количина ВМА	Процењена вредност партије без ПДВ- а
1	Kateter za tromboaspiraciju dimenzija 5F i 6F i 7F, aspiracione površine od 0,54 do 1,3 mm ² i više	kom	20	400.000,00
9	Sajla za uvođenje katetera dijametра 0,035 inča, dužine 260 cm sa J-vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom	kom	3	4.500,00

Мења се Конкурсна документација у делу 2. тачка 2.1. и сада гласи:

„Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије, као и тражена карактеристика, и то:

- оригинал или фотокопију каталога (или делова каталога) произвођача/ изјаву произвођача/ технички фајл (TDS)/ упутство за употребу, у коме је понуђено добро обележено као и тражена карактеристика редним бројем партије. Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.“

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

- измењене стране конкурсне документације: 3, 4, 5, 20 и 22
- измењена спецификација - табела у Exel-у

МН ВН Р



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке бр. 11/18 су добра – Материјал за ангиографију и ангиопластику – интервентна васкуларна радиологија, за потребе Војномедицинске академије (у даљем тексту ВМА).

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- Материјал за ангиографију 33111710
- Материјал за ангиопластику 33111730

1.2. ПАРТИЈЕ:

Предмет набавке је обликован у 14 (четрнаест) партија:

Partija broj	Predmet nabavke
1	Kateter za tromboaspiraciju dimenzija: 5 F i 6 F i 7 F, aspiracione površine od 0,54 do 1,3 mm ² i više
2	SPAT set infuzioni ili odgovarajući za Avanta pumpu
3	MPAT infuzioni set za pacijenta ili odgovarajući za Avanti pumpu
4	HCS prekrivka za ručni upravljač za Avanti pumpu ili odgovarajuće dobro
5	Kateter za ultrazvukom olakšanu trombolizu sa ultrazvučnim sondama aktivne dužine 12cm, 30cm i 50cm, kompatibilan sa EKOS sistemom ili odgovarajuće. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika.
6	Mikrokater za periferne embolizacije, koaksijalni set, veličina katetera 2,6 F sa hidrofilnom vodič sajлом
7	Ultra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 cm
8	Ekstra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 cm
9	Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 260 cm sa J-vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom
10	Sajla vodič hidrofilna, dijametra 0,035 inča, dužine 150 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela dužine 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru
11	Vodič sajla hidrofilna dijametra 0,035 inča, dužine 260 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru
12	Višeslojni modulator protoka za tretman aortnih aneurizama, izrađen od legure hroma (kobalt ili platina), promera 25-45 mm, dostupnih dužina 80-200 mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika.
13	Višeslojni modulator protoka za tretman perifernih arterijskih aneurizama, izrađen od legure hroma (kobalt ili platina), promera 6-16 mm, dostupnih dužina 30-120 mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika.
14	Set za reolitičku trombektomiju u arterijskom i venskom sistemu, sa kateterima različitih dimenzija. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika.

1.3. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА,
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина и процењена вредност партија без ПДВа, дати су у следећој спецификацији:

Partija broj	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Procenjena vrednost partije bez PDVa
1	Kateter za tromboaspiraciju dimenzija 5 F i 6 F i 7 F, aspiracione površine od 0,54 do 1,3 mm ² i više	kom	20	400.000,00
2	SPAT set infuzioni ili odgovarajući za Avanta pumpu	kom	200	1.200.000,00
3	MPAT infuzioni set za pacijenta ili odgovarajući za Avanti pumpu	kom	50	350.000,00
4	HCS prekrivka za ručni upravljač za Avanti pumpu ili ili odgovarajuće dobro	kom	20	16.400,00
5	Kateter za ultrazvukom olakšanu trombolizu sa ultrazvučnim sondama aktivne dužine 12cm, 30cm i 50cm, komaptibilan sa EKOS sistemom ili odgovarajuće. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika.	kom	15	5.250.000,00
6	Mikrokateter za periferne embolizacije, koaksijalni set, veličina katetera 2,6 F sa hidrofilnom vodič sajlom	kom	90	4.050.000,00
7	Ultra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 cm	kom	50	300.000,00
8	Ekstra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 cm	kom	50	340.000,00
9	Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 260 cm sa J-vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom	kom	3	4.500,00
10	Sajla vodič hidrofilna, dijametra 0,035 inča, dužine 150 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela dužine 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru	kom	5	15.000,00
11	Vodič sajla hidrofilna dijametra 0,035 inča, dužine 260 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru	kom	5	20.000,00
12	Višeslojni modulator protoka za tretman aortalnih aneurizama, izrađen od legure hroma (kobalt ili platina), promera 25-45 mm, dostupnih dužina 80-200 mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika.	kom	3	4.581.000,00
13	Višeslojni modulator protoka za tretman perifernih arterijskih aneurizama, izrađen od legure hroma (kobalt ili platina), promera 6-16 mm, dostupnih dužina 30-120 mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika.	kom	2	660.000,00
14	Set za reolitičku trombektomiju u arterijskom i venskom sistemu, sa kateterima različitih dimenzija. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika.	kom	4	700.000,00

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије, као и тражена карактеристика, и то:

- оригинал или фотокопију каталога (или делова каталога) произвођача/ изјаву произвођача/ технички фајл (TDS)/ упутство за употребу, у коме је понуђено добро обележено као и тражена карактеристика редним бројем партије. Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

2.2. КВАЛИТЕТ

Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12) и Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 105/17), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Сва понуђена добра морају да поседују важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), обележена бројем партије на коју се односе.

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца дозволе за медицинско средство.

Приликом испоруке добара неопходно је доставити сертификат произвођача за медицинско средство у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12).

2.3. РОК ТРАЈАЊА

Понуђач се обавезује да добра која се испоручују имају рок трајања најмање 50% декларисаног рока трајања у моменту испоруке.

2.4. РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара, за све партије, је по захтеву крајњег корисника не дужи од 30 дана од дана писаног захтева крајњег корисника.

На писани захтев крајњег корисника и уз писану сагласност изабраног понуђача могу се скратити рокови испоруке.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, изабрани понуђач је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца. Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

Изабрани понуђач се обавезује да најави испоруку најмање 3 (три) дана пре испоруке, писано (факсом) и на број телефона крајњег корисника, водећи рачуна да испорука не пада у суботу, недељу и нерадне дане.

Испорука се сматра извршеном даном предаје уговорених добара крајњем кориснику, а сходно отпремници.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ОБРАЗАЦ БР. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

1. Понуда број _____ (навести број понуде) од _____ (датум) за јавну набавку добара - Материјал за ангиографију и ангиопластику – интервенциона васкуларна радиологија, ЈН бр. 11/18.

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (обавезно заокружити):

а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда
попуњавају се и достављају обрасци бр. 1 и 2	попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 2 и 3	попуњавају се и достављају обрасци бр. 1, 4 и 5

3. Понуђене су партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - заокружити бројеве понуђених партија, а у свему према спецификацији коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

Partija broj	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka	Jedinična cena bez PDVa	PDV u %	Jedinična cena sa PDVom	Cena partije bez PDVa	Cena partije sa PDVom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kateter za tromboaspiraciju dimenzija 5 F i 6 F i 7 F, aspiracione površine od 0,54 do 1,3 mm ² i više	kom	20						

Partija broj	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili druga oznaka	Jedinična cena bez PDVa	PDV u %	Jedinična cena sa PDVom	Cena partije bez PDVa	Cena partije sa PDVom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ultra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 cm	kom	50						
8	Ekstra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 cm	kom	50						
9	Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 260 cm sa J-vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom	kom	3						
10	Sajla vodič hidrofilna, dijametra 0,035 inča, dužine 150 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela dužine 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru	kom	5						
11	Vodič sajla hidrofilna dijametra 0,035 inča, dužine 260 cm, tvrda sa J-vrhom mekanog dela 3 cm, za izuzetnu podršku kateteru	kom	5						