



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 99 - 26

08 DEC 2017 . године

Измену
конкурсне документације,
д о с т а в љ а -

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације за јавну набавку **ЈН бр. 27/17 Апарат за специјалну биполарну коагулацију са интегрисаним електрокаутером и додатном опремом** и то у делу:

Измене се врше у техничкој спецификацији добара, мењају се карактеристике које понуђено добро мора да поседује, за предмет набавке, ставка 2.24.

Мења се конкурсна документација, у делу 6.1. Образац понуде:

Део 6.1.2.- ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРИБОР УЗ АПАРАТ, део Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер (ако има) за ставку 24 тако да сада гласи:

Ред. бр	Каталошки број и/или одговарајућа ознака	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер (ако има)	Количина	Јединична цена (без ПДВ-а)
24.		Instrument za bipolarno ligiranje krvnih sudova promera do 7mm (uključujući i 7mm), za otvorene hirurske procedure, oblika makaze, duzine 18,8 cm.	4	

Део 6.1.4. – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА (Спецификација коју понуђено добро МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)) за ставку 2.24 Прибора уз апарат тако да сада гласи:

Спецификација коју понуђено добро МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у приложеној документацији за доказивање техничких карактеристика.
2.24 Instrument za bipolarno ligiranje krvnih sudova promera do 7mm (uključujući i 7mm), za otvorene hirurske procedure, oblika makaze, duzine 18,8 cm.		

Напомена:

Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом.
Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог :

-измењене стране конкурсне документације: 32,36

НП
mm R

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
војни службеник
Зоран Стојановић



Достављено:

- на Портал ЈН
- на Портал МО
- у омот предмета.

6-I-2 ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРИБОР УЗ АПАРАТ

Ред. бр	Каталошки број и/или одговарајућа ознака	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер (ако има)	Количина	Јединична цена (без ПДВ-а)
14.		Univerzalni monopolarni adapter sa nožnim aktiviranjem, za instrumente promera do 6 mm.	1	
15.		Elektroda ekstenzija, višekratna prava dužine 13 cm.	5	
16.		Elektroda kugla precnika 5,6 mm, višekratna.	1	
17.		Sečivo elektroda za elektro hiruršku olovku dužine 16,51cm sa aktivnim delom od 2,54 cm, izolovana.	25	
18.		L-kuka za laparoskopiju, 5mm, 36cm.	10	
19.		Dvodielna elektroda neutralna (povratna), sa kablom minimalne duzine 4.5 m, jednokratna za REM Monitoring, sa hidrogelom minimalne debljine 0,1 cm, bez lateksa, minimalne površine 205 cm ² .	200	
20.		Sterilni, samolepljivi čistač elektahirurških elektroda, detektibilan x-zracima.	200	
21.		Instrument za specijalno bipolaro ligiranje krvnih sudova, zakrivljenog oblika, dužine 18cm, ili odgovarajući za fuziju krvnih sudova, jednokratni.	3	
22.		Instrument za specijalno bipolaro ligiranje, zakrivljenog oblika Maryland, sa izolovanim čeljustima, promera 5mm, dužine 23cm.	6	
23.		Instrument za specijalno bipolaro ligiranje, zkrivljenog oblika Maryland, sa izolovanim čeljustima, promera 5mm, dužine 37cm, za upotrebu u laparoskopskim procedurama.	6	
24.		Instrument za bipolarno ligiranje krvnih sudova promera do 7mm (uključujući i 7mm), za otvorene hirurske procedure, oblika makaze, duzine 18,8 cm.	4	

Место и датум:

Понуђач:

 (штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

 (потпис)

Спецификација коју понуђено добро МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)		Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у приложеној документацији за доказивање техничких карактеристика.
	dužine 23cm.		
2.23	Instrument za specijalno bipolarno ligiranje, zkrivljenog oblika Maryland, sa izolovanim čeljustima, promera 5mm, dužine 37cm, za upotrebu u laparoskopским procedurama.		
2.24	Instrument za bipolarno ligiranje krvnih sudova promera do 7mm (uključujući i 7mm), za otvorene hirurske procedure, oblika makaze, dužine 18,8 cm.		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)