



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

инт бр. 2486 - 13

године

05 JUN 2014

Појашњење конкурсне документације
доставља -

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), а у вези захтева потенцијалног понуђача за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 19/14 – Региструјући папири за медицинске апарате и сигнатуре, за партију 9 достављамо следеће појашњење конкурсне документације.

ПИТАЊЕ за партију 9 – Папир за ЕКГ апарат Schiller Cardiovit AT-2 (210x280 блок, 200 листова), 450 блокова.

Потенцијални понуђач је затражио појашњење/допуну конкурсне документације у смислу да се предвиди достављање изјаве произвођача ЕКГ апарата да је понуђени папир компатибилан са апаратом за који се добро набавља и да исуњава све техничке захтеве који су потребни апарату за несметан рад.

Као разлог, потенцијални понуђач је навео да се за рад апарата користе папири који не поседују адекватан квалитет што поткрепљује следећим тврдњама:

- неадекватна дебљина папира, штампа милиметарске позадине и сам лош квалитет папира могу да проузрокују скупе трошкове поправке термо главе, система за транспорт папира па и саме матичне плоче апарата;
- лоше позициониран маркер на папиру проузрокује увек већу потрошњу папира него што је уобичајено потребно за снимање једног ЕКГ-а;
- термо папир сам по себи има особину да одштампан запис који је на њему временом избледи. Код неадекватног папира запис ће много брже избледети него код папира за који гарантује произвођач опреме. Овакви проблеми посебно долазе до изражаја када пацијенти којима је урађен ЕКГ запис на неадекватном ЕКГ папиру дођу на контролни преглед код лекара са снимком на коме се ЕКГ запис уопште не види.

ОДГОВОР: Имајући у виду да крајњи корисници до сада нису имали негативна искуства приликом коришћења папира различитих произвођача, нема измене конкурсне документације.

ЛН/



ДИРЕКТОР
Драгиша Даветић