



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

инт.бр. 2685-20

16 DEC 2013

Допуна/измена конкурсне
документације, д о с т а в љ а.-

Веза: ЈН број **24/13** – Медицинска средства за гастроентерологију и хепатологију.

Дописом наш инт.бр. 2685 - 16 од 12.12.2013. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

Питање бр. 1: Молимо за појашњење везано за партију 3 клипсеви. Да ли можете објаснити која се величина клипсева тражи и који број апликатора би био пожељан да се добије уз тражену количину (500ком)?


Одговор 1: Траже се клипсеви чија је дужина крака минимално 7.5мм, угао отварања од 135 до 140 степени, дужина апликатора за гастроскоп 1650мм, дужина апликатора за колоноскоп 2300мм. Подразумева се да су апликатори за виšekратну употребу и годишње нам је потребно 5 за гастроскоп и 5 за колоноскоп.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/




ДИРЕКТОР

Влада Антонијевић, дипл.економиста


Достављено поштом и факсом:

- Управи за војно здравство
- ВМА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Klipsevi- дужина крака минимално 7.5мм, угао отварања од 135 до 140 степени, дужина апликатора за гастроскоп 1650мм, дужина апликатора за колоноскоп 2300мм. Подразумева се да су апликатори за виšekратну употребу и годишње нам је потребно 5 за гастроскоп и 5 за колоноскоп.	КОМ	500							
4.	klipser, rotabilni 2.8 mm, za višekratnu upotrebu	КОМ	4							
5.	litotriptor mehanički - metalna košuljica za "saving life" litotriptor, za višekratnu upotrebu	КОМ	4							
6.	litotriptor mehanički, za višekratnu upotrebu	КОМ	10							
7.	balon dilatator ahalezija Ø30 mm, za višekratnu upotrebu	КОМ	8							
8.	balon dilatator ahalezija Ø35 mm, za višekratnu upotrebu	КОМ	4							
9.	balon dilatator ezofagealni 8mm	КОМ	10							
10.	balon dilatator ezofagealni 10 mm	КОМ	6							
11.	balon dilatator ezofagealni 12 mm	КОМ	10							
12.	sonda nazojejunalna troluminalna	КОМ	10							

Понуђач:

М.П.

ИЗМЕЊЕНА СТРАНА

(штампано име и презиме одговорне особе)

(читак отисак печата)
(потпис)

Конкурсна документација у отвореном поступку, по партијама за ЈН бр. 24/13