



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА  
бр. 6989-25 \_\_\_\_  
од 16.08.2015. године

Измена конкурсне документације  
ДВ-6989/15,  
д о с т а в љ а . -

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Републике Србије достављамо измену конкурсне документације.

У прилогу 2 – подаци о предмету јавне набавке - техничке карактеристике, мењају се стране 5,6,7,8 и 9 за партије 1, 2 и 3.

У прилогу 5 – упутство понуђачу како да сачини понуду на страни 13 - Језик – додаје се „ **и тестови независних акредитованих лабораторија** који могу бити и на енглеском језику“.

У прилогу 5 – упутство понуђачу како да сачини понуду на страни 14 – Докази да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом - у партији 1 захтев „отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 5“ мења се и гласи „отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 5/6“

У прилогу 5 – упутство понуђачу како да сачини понуду на страни 14 – Докази да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом - у партији 2 захтев „отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 6“ мења се и гласи „отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6“

У прилогу 5 – упутство понуђачу како да сачини понуду на страни 15 – Докази да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом - у партији 3 додаје се захтев „отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6“

У прилогу 5 – упутство понуђачу како да сачини понуду на страни 15 – Докази да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом додаје се „ За партије 1,2 и 3 нивое протеина и ендотоксина **и отпорност на хемикалије-40% NaOH** потребно је доказати тестовима независних акредитованих лабораторија“.

ДВ

-Прилог – измена  
конкурсне документације

-Достављено:

- уз омот предмета 6989/15

Објављено:

- на Порталу за јавне набавке и
- на интернет страници МО

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА

п у к о в н и к

проф. др Зоран Шегрт

## Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### (1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра хируршке и прегледне рукавице , за потребе ВМА, ЦВМУ БГ, Војне болнице Ниш и ВМЦ Нови Сад, 224/15,у отвореном поступку, по партијама:

#### ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА Хируршке и прегледне рукавице

Ред. бр. партија	Назив и опис средства	Јед. мере	ВМА	ВБ Ниш	ВМЦ Нови Сад	ЦАпСк	Укупна количина	Квалитет	Мед. средства (да/не)	Решење АЛИМС
1	<b>Партија 1: Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне.</b>									
1,1	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 6	пар					150 <b>150</b>	СЕ знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 5/6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина минимално 12N и више, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,2	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 6,5	пар					850 <b>850</b>	СЕ знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 5/6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина минимално 12N и више, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,3	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 7	пар		11 200	2 000	6 000	<b>19.200</b>	СЕ знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 5/6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина минимално 12N и више, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da

1,4	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 7,5	пар		28 000	6 300	8 000	<b>42.300</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 5/6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина минимално 12N и више, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,5	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 8	пар		26 600	4 600	9 000	<b>40.200</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 5/6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина минимално 12N и више, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,6	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 8,5	пар		21 750	2 900	2 000	<b>26.650</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 5/6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина минимално 12N и више, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,7	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 9	пар		10 000	50	4 000	<b>14.050</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 5/6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина минимално 12N и више, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
2	<b>Партија 2: Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне.</b>									
2,1	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 6,5	пар	5 000			1 500	<b>6.500</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије-	da	da

								40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану 0,19- 0,23мм, дужина мин 270мм, јачина минимално 16N и више, без пудера са унутрашње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима		
2,2	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 7	пар	10 000	5 650	800	3 500	<b>19.950</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42, AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану 0,19- 0,23мм, дужина мин 270мм, јачина минимално 16N и више, без пудера са унутрашње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
2,3	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 7,5	пар	12 500	6 350	1 200	2 500	<b>22.550</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42, AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану 0,19- 0,23мм, дужина мин 270мм, јачина минимално 16N и више, без пудера са унутрашње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
2,4	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 8	пар	12 500	6 550	800	3 900	<b>23.750</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42, AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије, дебљина на длану 0,19- 0,23мм, дужина мин 270мм, јачина минимално 16N и више, без пудера са унутрашње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da

								прстима		
2,5	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 8,5	пар	10 000	5 850	400	700	<b>16.950</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42, AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије дебљина на длану 0,19- 0,23мм, дужина мин 270мм, јачина минимално 16N и више, без пудера са унутрашње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
2,6	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 9	пар	5 000	5 500		200	<b>10.700</b>	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42, AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије дебљина на длану 0,19- 0,23мм, дужина мин 270мм, јачина минимално 16N и више, без пудера са унутрашње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
3	<b>Паргија 3:</b> Рукавице хируршке од латекса, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне.									
3,1	Рукавице хируршке од латекса, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 6,5	пар	8 500				<b>8.500</b>	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина минимално 12N и више	da	da
3,2	Рукавице хируршке од латекса, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 7	пар	20 000	5 000	400	1 000	<b>26.400</b>	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина минимално 12N и више	da	da

3,3	Рукавице хируршке од латекса, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 7,5	пар	30 000	5 000	1 200		<b>36.200</b>	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина минимално 12N и више	da	da
3,4	Рукавице хируршке од латекса, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 8	пар	30 000	5 000	400	1 300	<b>36.700</b>	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина минимално 12N и више	da	da
3,5	Рукавице хируршке од латекса, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 8,5	пар	20 000	5 000	400		<b>25.400</b>	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина минимално 12N и више	da	da
3,6	Рукавице хируршке од латекса, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 9	пар	8 500	5 000			<b>13.500</b>	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, сертификат акредитоване лабораторије дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина минимално 12N и више	da	da
4	<b>Партија 4: Прегледне рукавице од синтетичког материјала-nitrila, без латекса, без талка, нестерилне.</b>									
4,1	Прегледне рукавице од синтетичког материјала-nitrila, без латекса, без талка, нестерилне, величина М	ком.	1 074 000	162.300	115.500	172.900	<b>1.524.700</b>	СЕ знак, EN 455, ЕС 93/42 AQL 1,5, усклађеност са директивом ЕС 93/42, минимална дужина 240 мм, сила перфорације минимално 6N и више	da	da
4,2	Прегледне рукавице од синтетичког материјала-nitrila, без латекса, без талка, нестерилне, величина Л	ком.	1 074 000	205.000	96.900	100.000	<b>1.475.900</b>	СЕ знак, EN 455, ЕС 93/42 AQL 1,5, усклађеност са директивом ЕС 93/42, минимална дужина 240 мм, сила перфорације минимално 6N и више	da	da

Врста, опис, захтеване техничке карактеристике и количине предмета јавне набавке описани су у прилогу бр. 3 конкурсне документације.

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

## **РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ**

Испорука предметних добара биће извршена у складишту Наручиоца – магацинима Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17, телефон 011-3608-764, вк Драгана Лукић, ЦАпСк, Београд, Милана Благојевића 21, телефон 011-3053-701, зс Војислав Бојовић, ВМЦ Нови Сад, апотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин – Нови Сад, телефон 021-4835-599 и 021-431-782 вк Јасмина Павлов и ВБ Ниш, ул. др Зорана Ђинђића бб Ниш, телефон 018-555-043, зс Сениша Тројановић.

## Прилог 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

### 1.) ЈЕЗИК:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику осим заштићеног назива добра, назива произвођача произвођачког сертификата, СЕ знака, каталога, проспекта, техничке спецификације, декларације о усаглашености, каталога и тестови независних акредитованих лабораторија који могу бити и на енглеском језику.

### 2.) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ:

Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику** и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

**Ради лакше обраде података, пожељно је да понуђач достави образац понуде са структуром цене и модел уговора и у електронском облику у word formatu.**

Уколико дође до неслагања података у писаном и електронском облику валидном ће се сматрати понуда на писаном обрасцу.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан **образац понуде са структуром цене (део 6. Конкурсне документације, 6-I и 6-II)**, за партије за које подноси понуду;
- 1. **Извод из регистра Агенције за привредне регистре**, односно извода из регистра надлежног Привредног суда – за правно лице;  
**Извод из регистра Агенције за привредне регистре**, односно извода из одговарајућег регистра – за предузетника;

**Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.**

- 2. **Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а** да оно и његов законски заступник **није осуђиван** за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, **не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда** – за правно лице.
- 3. **Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а** да **није осуђиван** за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, **не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда** – за предузетника и физичко лице;

**4. Потврду Агенције за привредне регистре** – за правно лице и предузетника, да код овог органа **није регистровано** да му је као привредном друштву, односно предузетнику, изречена **мера забране обављања делатности** која је на снази у време објављивања односно слање позива за подношење понуда, **издату након објављивања позива за подношење понуда**;

**Потврду прекршајног суда** – за физичко лице, да му **није** изречена **мера забране обављања одређених послова**, која је на снази у време објављивања односно слање позива за подношење понуда, **издату након објављивања позива за подношење понуда**;

**5. а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде** да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, **не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда**;

**б) Потврду јединице локалне самоуправе** да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, **не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда**; **Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.**

6. Важеће решења-дозволу за обављање делатности промета лекова и медицинских средстава, издато од надлежног министарства

**7. Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима: За средња и велика правна лица:**

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011., 2012. и 2013.г.) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2013.г.; **За мала правна лица:**

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011., 2012. и 2013.г.) са приложеним доказом о разврставању; **ИЛИ**

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2011., 2012. и 2013. годину (**важи за сва правна лица**);

**Напомена: За средња и велика правна лица:** Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2013.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2013.годину.

9. Доказе да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Важеће Решење АЛИМС-а за све партије.

За партију 1. - СЕ знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 5/6, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина минимално 12N и више, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима.

За партију 2. СЕ знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, дебљина на длану 0,19- 0,23мм, дужина мин 270мм, јачина минимално 16N и више, без пудера са унутрашње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима.

За партију 3. CE знак EN455-1, EC 93/42 , AQL0,65, ниво протеина <30µg, отпорност на хемикалије-40% NaOH, ниво 6, дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина минимално 12N и више.

За партију 4. CE знак, EN 455, EC 93/42 AQL 1,5, минимална дужина 240 мм, сила перфорације минимална 6N и више.

За партије: 1, 2 и 3 нивое протеина и ендотоксина и отпорност на хемикалије-40% NaOH, потребно је доказати тестовима независних акредитованих лабораторија.

- Доставити обележен оригинал или фотокопију каталога ( или делова каталога), проспекта, техничке спецификације или декларације о усаглашености произвођача или други несумњив доказ – сертификат акредитоване лабораторије да понуђено добро испуњава тражене карактеристике, на српском или енглеском језику..

11.Попуњен образац Изјаве да ће, уколико буде изабран, приликом испоруке доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију.

12.Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- **Изјаву** понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада (*део 9* конкурсне документације);
- **Изјаву** да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин ( део 10 конкурсне документације);
- **Изјаву** о независној понуди (*део 11* конкурсне документације);
- **Изјаву** понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (*део 7* конкурсне документације);
- Изјаву да ће, уколико буде изабран, приликом испоруке доставити сертификат о квалитету за сваку испоручену серију(*део 8* конкурсне документације);.
- **Изјаву** понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла (*део 14* конкурсне документације);

13.Модел уговора (*део 12* конкурсне документације);

14.. **Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:**

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату (део 13 конкурсне документације)
- **Једну бланко сопствену меницу** – само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа,
- **Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења**
- **Копију важећег картона депонованих потписа** овлашћених лица код банке;

**У случају да наступа са подизвођачем**, понуђач треба да достави и :

- попуњен, потписан и оверен **образац 6-III** (поред Обрасца понуде 6-I и 6-II),

**У случају подношења заједничке понуде**, за сваког члана групе понуђача доставља се и: