



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 6989-17
од 27.07.2015. године

Измена конкурсне документације
ДВ-6989/15,
д о с т а в љ а . -

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Републике Србије достављамо измену конкурсне документације.

У прилогу 2 – подаци о предмету јавне набавке - техничке карактеристике, мењају се стране 6,7 и 8 за партију 2 техничке карактеристике.

На страни 14 за партију 2 – мења се рукавице са пудером у рукавице без пудера.

ДВ

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА
п у к о в н и к
проф. др Зоран Шегрт

-Прилог – измена

конкурсне документације

-Достављено:

- уз омот предмета 6989/15

Објављено:

- на Порталу за јавне набавке и
- на интернет страници МО

Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра хирушке и прегледне рукавице , за потребе ВМА, ЦВМУ БГ, Војне болнице Ниш и ВМЦ Нови Сад, 224/15,у отвореном поступку, по партијама:

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА Хирушке и прегледне рукавице

Ред. бр. партија	Назив и опис средства	Јед. мере	ВМА	ВБ Ниш	ВМЦ Нови Сад	ЦАпСк	Укупна количина	Квалитет	Мед. средства (да/не)	Решење АЛИМС	
1	Партија 1: Рукавице хирушке од латекса, талкиране, стерилне.										
1,1	Рукавице хирушке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 6	пар					150	150	СЕ знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво5, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина >12N, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,2	Рукавице хирушке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 6,5	пар					850	850	СЕ знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво5, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина >12N, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,3	Рукавице хирушке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 7	пар		11 200	2 000	6 000		19.200	СЕ знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво5, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина >12N, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da

1,4	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 7,5	пар		28 000	6 300	8 000	42.300	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво5, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина >12N, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,5	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 8	пар		26 600	4 600	9 000	40.200	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво5, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина >12N, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,6	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 8,5	пар		21 750	2 900	2 000	26.650	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво5, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина >12N, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
1,7	Рукавице хируршке од латекса, талкиране, стерилне, једнократне, величина 9	пар		10 000	50	4 000	14.050	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво5, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина >12N, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
2	Партија 2: Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне.									
2,1	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 6,5	пар	5 000			1 500	6.500	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 6, дебљина на длану 0,19-0,23мм, дужина мин 270мм, јачина >16N, без пудера са унутршње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване,	da	da

								храпава површина на прстима		
2,2	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 7	пар	10 000	5 650	800	3 500	19.950	CE знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 6, дебљина на длану 0,19-0,23мм, дужина мин 270мм, јачина >16N, без пудера са унутршње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
2,3	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 7,5	пар	12 500	6 350	1 200	2 500	22.550	CE знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 6, дебљина на длану 0,19- 0,23мм, дужина мин 270мм, јачина >16N, без пудера са унутршње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
2,4	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 8	пар	12 500	6 550	800	3 900	23.750	CE знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 6, дебљина на длану 0,19-0,23мм, дужина мин 270мм, јачина >16N, без пудера са унутршње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
2,5	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 8,5	пар	10 000	5 850	400	700	16.950	CE знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, усклађеност са директивом EC 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 6, дебљина на длану 0,19-0,23мм, дужина мин 270мм, јачина >16N, без пудера са унутршње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da

								прстима		
2,6	Рукавице хируршке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величина 9	пар	5 000	5 500		200	10.700	СЕ знак EN455-1 ЕС 93/42, AQL 1, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 6, дебљина на длану 0,19-0,23мм, дужина мин 270мм, јачина >16N, без пудера са унутршње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима	da	da
3	Партија 3: Рукавице хируршке, хипоалергијске, Талкиране и стерилне.									
3,1	Рукавице хируршке, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 6,5	пар	8 500				8.500	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина >12N	da	da
3,2	Рукавице хируршке, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 7	пар	20 000	5 000	400	1 000	26.400	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина >12N	da	da
3,3	Рукавице хируршке, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 7,5	пар	30 000	5 000	1 200		36.200	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина >12N	da	da
3,4	Рукавице хируршке, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 8	пар	30 000	5 000	400	1 300	36.700	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина >12N	da	da
3,5	Рукавице хируршке, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 8,5	пар	20 000	5 000	400		25.400	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина >12N	da	da

3,6	Рукавице хируршке, хипоалергијске, талкиране, електронски тестиране на перфорацију, стерилне, величина 9	пар	8 500	5 000			13.500	СЕ знак EN455-1, AQL0,65, усклађеност са директивом ЕС 93/42, ниво протеина <30µg, дебљина на прстима мин 0,22мм, дужина мин 280мм, јачина >12N	da	da
4	Партија 4: Прегледне рукавице од синтетичког материјала-nitrila, без латекса, без талка, нестерилне.									
4,1	Прегледне рукавице од синтетичког материјала-nitrila, без латекса, без талка, нестерилне, величина М	ком.	1 074 000	162.300	115.500	172.900	1.524.700	СЕ знак, EN 455, ЕС 93/42 AQL 1,5, усклађеност са директивом ЕС 93/42, минимална дужина 240 мм, сила перфорације >7N	da	da
4,2	Прегледне рукавице од синтетичког материјала-nitrila, без латекса, без талка, нестерилне, величина Л	ком.	1 074 000	205.000	96.900	100.000	1.475.900	СЕ знак, EN 455, ЕС 93/42 AQL 1,5, усклађеност са директивом ЕС 93/42, минимална дужина 240 мм, сила перфорације >7N	da	da

Врста, опис, захтеване техничке карактеристике и количине предмета јавне набавке описани су у прилогу бр. 3 конкурсне документације.

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добара биће извршена у складишту Наручиоца – магацинима Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17, телефон 011-3608-764, вк Драгана Лукић, ЦАпСк, Београд, Милана Благојевића 21, телефон 011-3053-701, зс Војислав Бојовић, ВМЦ Нови Сад, апотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Петроварадин – Нови Сад, телефон 021-4835-599 и 021-431-782 вк Јасмина Павлов и ВБ Ниш, ул. др Зорана Ђинђића бб Ниш, телефон 018-555-043, зс Сениша Тројановић.

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, **не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда** – за предузетника и физичко лице; **4. Потврду Агенције за привредне регистре** – за правно лице и предузетника, да код овог органа **није регистровано** да му је као привредном друштву, односно предузетнику, изречена **мера забране обављања делатности** која је на снази у време објављивања односно слање позива за подношење понуда, **издату након објављивања позива за подношење понуда**;

Потврду прекршајног суда – за физичко лице, да му **није** изречена **мера забране обављања одређених послова**, која је на снази у време објављивања односно слање позива за подношење понуда, **издату након објављивања позива за подношење понуда**; **5. а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде** да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, **не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда**;

б) Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, **не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда**; **Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова (од тачке 1-4) али је дужан да достави изјаву на сопственом меморандуму у којој то наводи.**

6. Важеће решења-дозволу за обављање делатности промета лекова и медицинских средстава, издато од надлежног министарства

7. Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима: За средња и велика правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011., 2012. и 2013.г.) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2013.г.; **За мала правна лица:**

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2011., 2012. и 2013.г.) са приложеним доказом о разврставању; **ИЛИ**

Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2011., 2012. и 2013. годину (**важи за сва правна лица**);

Напомена: **За средња и велика правна лица:** Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2013.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2013.годину.

9. Доказе да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

- Важеће Решење АЛИМС-а за све партије. За партију 1. - CE знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, ниво протеина <30µg, ниво ендотоксина <0,1 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво5, дебљина на длану мин 0,16мм, дужина мин 260мм, јачина >12N, благо пудерисане, анатомски обликоване, храпава површина на прстима.

За партију 2. CE знак EN455-1 EC 93/42 , AQL 1, ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 6, дебљина на длану 0,19- 0,23мм, дужина мин 270мм, јачина >16N, без пудера са унутршње стране пресвучене синтетским слојем, анатомски обликоване, храпава површина на прстима.