



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

инт.бр. 2685-27

17 JAN 2014

Допуна/измена конкурсне  
документације, д о с т а в љ а.-

Веза: ЈН број 24/13 – Медицинска средства за гастроентерологију и хепатологију.

Дописом наш инт.бр. 2685 - 25 од 14.01.2014. године и инт.бр. 2685 - 27 од 15.01.2014. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

**ПАРТИЈА 3:**

У допуњеној / измењеној конкурсној документацији у спецификацији стоји:

“Klipsevi- dužina kraka minimalno 7,5 mm, ugao otvaranja od 135 do 140 stepeni, dužina aplikatora za gastroskop 1650 mm, dužina aplikatora za kolonoskop 2300 mm Podrazumeva se da su aplikatori za višekratnu upotrebu i godišnje nam je potrebno 5 za gastroskop i 5 za kolonoskop. Kom. 500”

**ПИТАЊЕ:** Да ли треба понудити само клипсеви или уз 500 ком. клипсева понудити и по 5 ком. апликатора за гастроскоп и колоноскоп?

**Одговор:** Треба понудити 500 ком. клипсева и по 5 ком. апликатора за гастроскоп и колоноскоп?

**ПАРТИЈА 4:** “Клипсер ротабилни 2.8 мм, за виšekратну употребу” **ПИТАЊЕ:** Да ли се тражи клипсер за гастроскоп тј. дужина 1650 мм, или клипсер за колоноскоп 2300 мм дужина ?

**Одговор:** Треба понудити ротабилни клипсер за гастроскоп дужине 1650 мм.

**ПАРТИЈА 6:** „Литотриптор механички, за виšekратну употребу“ **ПИТАЊЕ:** Литотриптор се састоји из више делова (метална кошуљица, пластична кошуљица, корпица), да ли се траже све три компоненте и за коју величину радног канала се тражи 3,2 мм или 4,2 мм? **Одговор:** Треба понудити литотриптор, за виšekратну употребу са све три компоненте и за величину радног канала од 4,2 мм.

**ПАРТИЈА 15:** “Stent biliјarni, plast. SET 7F, set sadrži: plastični stent, žicu vodič i aplikator stenta”

**ПИТАЊЕ:** Da li je možda greška u opisu pošto stentovi od 7 FR zbog svog uskog promera u setu sadrže dve komponente ( stent i “pusher”-aplikator)? **Одговор:** Треба понудити „Стент билијарни, пласт. СЕТ 7F; сет садржи: стент и апликатор стента”

#### **ПАРТИЈА 14 И ПАРТИЈА 16:**

**Partija 14** „Stent bilijarni, plast. SET 10 F, set sadrži: plastični stent, žicu vodič i aplikator stenta”

**Partija 16** „Stent bilijarni, polietilenski preload, 10 F, 9 cm”

**ПИТАЊЕ:** Да ли се тражи исти производ пошто “preload” означава сет? **Одговор:** У партији 14 се мења количина тако да уместо 30 треба понудити 40 сета. Партија 16 се не набавља.

#### **ПАРТИЈА 34 И ПАРТИЈА 35:**

**Partija 34** „Injektor za kolonoskop, radni kanal 2,8 mm za višekratnu upotrebu”

**Partija 35** „Injektor za gastroskop, radni kanal 2,8 mm za višekratnu upotrebu”

**ПИТАЊЕ:** С обзиром на чињеницу да су све игле за једнократну употребу и да постоје виšekратне кошуљице са којима се игле користе (1 метална кошуљица, 6 игала)

Да ли се мисли на игле које се користе са виšekратним кошуљицама ?

**Одговор:** Мисли се на коришћење игала са виšekратним кошуљицама.

#### **ПАРТИЈА 40:**

„Papilotom 3 lumenski, za višekratnu upotrebu”

**ПИТАЊЕ:** Како постоји више димензија да ли се тражи стандардна са дужином жице за сечење 20/30 мм и дужином врха 3 мм или нека друга?

**Одговор:** Треба нудити стандардну димензију пречника 20/30 мм и дужине врха 3 мм.

#### **ПАРТИЈА 41:**

„Žica vodič 0,035 inča, za višekratnu upotrebu”

**ПИТАЊЕ:** Како су данас у употреби једнократни жичани водичи, да ли је можда грешка у опису да се траже виšekратни?

**Одговор:** Треба нудити једнократне жичане водиче.

**ПАРТИЈА 21:** „klešta za biopsiju, radni kanal 2.8mm, za gastroskop, tangencijalna višekretna upotreba

**ПИТАЊЕ:** Молимо да прецизније опишете карактеристику „tangencijalna”

**Одговор:** Под термином „тангенцијална“ кљешта за биопсију подразумевају се посебни форцепси код којих се отвара само једна кашика кљешта и прави угао од 90°. Оваква кљешта се најчешће користе за биопсију промена на једњаку (биопсије у правцу тангенте).

**ПАРТИЈА 24 И ПАРТИЈА 25** се тражи: „balon dilatator bilijarni 6mmx3 mm“, односно „balon dilatator bilijarni 8mmx3 mm“. **Одговор:** Ради се о штампарској грешки тако да уместо 6mmx3 mm треба да стоји 6mmx30mm односно 8mmx30 mm. Прихвата се и билијарни дилатациони балон димензија 6mmx20 mm?

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/

Достављено понуђачима

ДИРЕКТОР  
Влада Антонијевић, дипл.економиста

