

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку број 326/8/2780/2014 – „Набавка испитно-мерне опреме за испитивање ваздухоплова“

На страни 17/35 Конкурсне документације, у Прилогу бр. 1 (Спецификација тражених добара – Партија 2) на редном броју 1 Мерни претварач апсолутног притиска, у колони „Техничке карактеристике добра“

брише се следећи текст:

- „мерни опсег: од 0 mbar до минимално 1100 mbar“
- Производње: Honeywell тип: PPT2-0015-A-X-N-2V-S-C или одговарајући

Тако да после извршене измене гласи:

- „мерни опсег: од 0 mbar до минимално 1033 mbar“
- Производње: Honeywell тип: PPT2-0015-A-W-N-2V-S-C или одговарајући

На страни 17/35 Конкурсне документације, у Прилогу бр. 1 (Спецификација тражених добара – Партија 2) на редном броју 2 Мерни претварач диференцијалног притиска, у колони „Техничке карактеристике добра“

брише се следећи текст:

- на редном броју 2 - Мерни претварач диференцијалног притиска
- „мерни опсег: од 0 mbar до минимално 1100 mbar“
- Производње: Honeywell тип: PPT2-0015-G-X-X-2V-S-C или одговарајући

Тако да после извршене измене гласи:

- на редном броју 2 - Мерни претварач манометарског притиска
- „мерни опсег: од 0 mbar до минимално 1378 mbar“
- Производње: Honeywell тип: PPT2-0020- G -W -W -2V-S-C или одговарајући

**НАПОМЕНА:** Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације  
Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом и допуном конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку бр. 326/8/2780/2014