



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4327-11
од 15.04. 2016. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке вестачки делови срца и
коронарних протеза
бр.137/2016, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање: Предлогом каталога жица за „pacing“, свих произвођача, утврдили смо да се на партију 14 може појавити само један понуђач.

Молимо Вас да у складу са чланом 10 ЗЈН извршите промену конкурсне документације за партију 14. како би се испоштовало Начело обезбеђивања конкуренције . Молимо да прихватите следећи опис за поменути партију.

Жице обложене изолатором са иглом за привремену епикардијалну електростимулацију срца, са крилцима за фиксацију

Одговор: Партија 14- Жица за привремени "pacing" - миокардна , дужине 52,5 cm од места перфорације спољашњег краја грудне игле до врха миокардне електроде, са спиралом за фиксацију у миокарду.

Миокардна игла дијаметра 0,61mm атрауматска. Грудна игла пречника 0,86mm,

мења се и гласи -Жица за привремени „пацинг“, -миокардна, дужине 52,5cm+/- 5cm од места перфорације спољашњег краја грудне игле до врха миокардне електроде, са спиралом или крилцима за фиксацију у миокарду. Миокардна игла дијаметра 0,61mm атрауматска. Грудна игла пречника 0,86mm.

МЂ/ЈМ

Прилог:

- страна 6 и 8 .

Достављено:

- понуђачу
- у омот предмета 4327/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

пуковник

проф. др Драган Динчић

7	33184300	Graft tubularni, Dakronski broj 28, sa meračem	КОМ	Isporuka dobara u jednoj tranši 60 dana od dana potpisivanja ugovora	2 godine u momentu isporuke	10	10
8	33184300	Graft tubularni, Dakronski broj 32, sa meračem	КОМ	Isporuka dobara u jednoj tranši 60 dana od dana potpisivanja ugovora	2 godine u momentu isporuke	10	10
9	33184300	Graft tubularni, Dakronski br 30, sa meračem	КОМ	Isporuka dobara u jednoj tranši 60 dana od dana potpisivanja ugovora	2 godine u momentu isporuke	10	10
10	33184300	Graft tubularni, Dakronski broj 34, sa meračem	КОМ	Isporuka dobara u jednoj tranši 60 dana od dana potpisivanja ugovora	2 godine u momentu isporuke	10	10
11	33184300	Kompozitni graft sa mehaničkom valvulom br 23 sa odgovarajućom veličinom konduita	КОМ	Isporuka dobara u jednoj tranši 60 dana od dana potpisivanja ugovora	2 godine u momentu isporuke	6	6
12	33184300	Kompozitni graft sa mehaničkom valvulom br 25 i odgovarajućom veličinom konduita	КОМ	Isporuka dobara u jednoj tranši 60 dana od dana potpisivanja ugovora	2 godine u momentu isporuke	6	6
13	33184300	Komplet koji sadrži minimum cevčice, žicu za izvlačenje trake(TOURNQUET SET za traku)	КОМ	Isporuka dobara u jednoj tranši 60 dana od dana potpisivanja ugovora	2 godine u momentu isporuke	100	100
14	33184300	Žica za privremeni „pacing„ -miokardna, dužine 52,5 cm+/-5cm od mesta perforacije spoljašnjeg kraja grudne igle do vrha miokardne elektrode, sa spiralom ili krilcima za fiksaciju u miokardu. Miokardna igla dijametra 0,61 mm atraumatska. Grudna igla prečnika 0,86mm.	КОМ	Isporuka dobara u jednoj tranši 60 dana od dana potpisivanja ugovora	2 godine u momentu isporuke	300	300

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

9	33184300	Graft tubularni, Dakronski br 30, sa meračem	KOM	10	10
10	33184300	Graft tubularni, Dakronski broj 34, sa meračem	KOM	10	10
11	33184300	Kompozitni graft sa mehaničkom valvulom br 23 sa odgovarajućom veličinom konduita	KOM	6	6
12	33184300	Kompozitni graft sa mehaničkom valvulom br 25 i odgovarajućom veličinom konduita	KOM	6	6
13	33184300	Komplet koji sadrži minimum cevčice, žicu za izvlačenje trake (TOURNQUET SET za traku)	KOM	100	100
14	33184300	Žica za privremeni „pacing,, -miokardna, dužine 52,5 cm+/-5cm od mesta perforacije spoljašnjeg kraja grudne igle do vrha miokardne elektrode, sa spiralom ili krilcima za fiksaciju u miokardu. Miokardna igla dijametra 0,61 mm atraumatska. Grudna igla prečnika 0,86mm.	KOM	300	300