



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр.6989-16

од 27.07.2015. године

Одговор на питање

1. Питање:

У измењеној конкурсној документацији, вашим обавештењем број 6989-11 од 15.07.2015. године за партију 2 исправили сте назив партије – рукавице хирушке од латекса, са талком, стерилне.

Међутим, у колони квалитет, захтеване техничке карактеристике остале су неизмењене, а неке од њих се односе искључиво на рукавице без талка као што су: ниво протеина <0,050µg, ниво ендотоксина <0,01 EU/мл, отпорност на хемикалије SATRA тест ниво 6, са пудером са унутршње стране пресвучене синтетским слојем.

Молимо вас да измените – усагласите горе тражене техничке карактеристике са предметом набавке за партију 2 – рукавице са талком:

- ниво протеина <0,050µg(FIT kit test),
- ниво ендотоксина <0,05 EU/мл (LAL test),
- отпорност на хемикалије ниво 5 (SATRA тест),
- уколико су рукавице са талком исте не могу бити пресвучене са унутршње стране синтетичким материјалом, па ову карактеристику треба брисати.

Одговор:

Конкурсна документација за партију 2 се мења те је предмет набавке за партију 2 - Рукавице хирушке од латекса, без талка, стерилне, једнократне, величине од 6,5 – 9. У одељку квалитет треба да стоји „без пудера“.

ДВ

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА
п у к о в н и к
проф. др Зоран Шегрт

Доставити:

- заинтересованим лицима
- у омот предмета 6989/15

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници
Министарства одбране РС