



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 1907- 45

09.06 2014. године

Одговор заинтересованом лицу
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације инт. бр. 1907-37 од 06.06.2014.године, за **ЈН бр. 12/14 Медицински нехемијски потрошни материјал-шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви** за потребе Војномедицинске академије, Централне апотеке складишта, Војномедицинског центра Нови Сад и Војне болнице Ниш, по следећем:

"Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 12/14":

1. У спецификацији ставка под ред. бр. 16, партија ред.бр. 32, тражена је епрувета са антикоагулансом је K3EDTA, димензија 16x100 и дозираним вакуумом 8-9 ml. ml да се за ову ставку понуди такође и Вакуум епрувета са K2 EDTA, димензија 16x100 mm и дозираним вакуумом 10 ml?

Напомена: K2 EDTA је антикоагуланс препоручен од стране водећих светских водича деобре лабораторијске праксе попут CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) и ISTH (International Society on Thrombosis and Hemostasis) као адитив избора за одређивање хематолошких параметара. Понуђена епрувета функционално одговара траженој епрувети тј. Представља еквивалент траженом добру.

2. У спецификацији ставка под ред. бр. 17, партија ред.бр. 32, тражена је пластична епрувета за одређивање седиментације запремине 2,75-3 ml. Молимо Вас да нам омогућите да се за ову ставку понуди стаклене епрувете за седиментацију запремине 5 ml, уз довољан број одговарајућих сталака.

Напомена: сваки произвођач има своје идејно решење запремина епрувета за седиментацију, па тако па тако BD има епрувете од 5 ml дефинисање одређене запремине епрувета за седиментацију фаворизује неке понуђаче. Напомињемо да понуђене епрувете функционално одговарају траженим, у складу са ставом 3, члана 71, Закона о јавним набавкама.

3. У спецификацији ставка под ред. бр. 9, партија ред.бр. 32, тражена је активирајућа ланцета за капиларну крв (1,5 x 1,8 ml). Молимо Вас да нам омогућите да се за ову ставку понуде активирајуће ланцете димензија 21G x 1,8 mm које су функционално одговарајуће траженим и представљају потпуни еквивалент.

ОДГОВОР: Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона и акта Управе за војно здравство МО инт. бр. 6-407 од 09.06.2014. године, одговара на питања:

1. Партија ред. бр. 32. ставка 16. мења се и гласи: Вакуум епрувета са антикоагулансом K2EDTA или K3EDTA, димензија 16x100 mm и дозираним вакуумом 8-10 ml.
2. Партија ред. бр. 32. ставка 17. – остајемо при нашој спецификацији.
3. Партија ред. бр. 32. ставка 9. – остајемо при нашој спецификацији.

ЗЦ

