



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2177- 34

17 JUN 2014. 2014. године

Одговор заинтересованом лицу
д о с т а в љ а . -

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације инт. бр. 2177-27 од 16.06.2014.године, за **ЈН бр. 42/14 Ортопедски имплантациони материјал и вештачки зглобови** за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш, по следећем:

“Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 42/14”:

- У техничкој спецификацији партије бр.2 захтевате биартикуларну протезу кука. Да ли ће се прихватити понуда у којој потенцијални понуђач понуди биартикуларну главу свих величина од 41 до 57мм?
- У техничкој спецификацији партије 3 је предвиђена CEMENTNA TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA TAPER 12/14MM, CCD UGAO 138MM, MAT ZAVRŠNE OBRADJE, GLAVA METALNA PUN RASPON OD 5 VELIČINA , ACETABULUM CEMENTNI ASIMETRIČNE POVRŠINE 44 DO 58MM SA VELIČINAMA RASTUĆIM NA 2 MM, STERILNO PAKOVANO. Да ли ће се прихватити стем без колара са CCD углом 135 мм, металне главице у распону 6 величина?
- Молимо Вас за појашњење у вези асиметричне површине цементног ацетабулума – да ли се мислило на протрудирани ацетабулум?

ОДГОВОР: Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона и акта Управе за војно здравство МО инт. бр. 6-426 од 17.06.2014.године, одговара на питања:

- За партију број 2 – прихватају се величине глава за биартикуларну протезу које су наведене у конкурсној документацији.
- За партију број 3 – CCD угао протезе је грешком обележен као угао од 138мм – треба да стоји CCD угао од 138 степени, а прихватиће се и понуда са стемом CCD угао од 135 степени и главице у распону свих величина
- За ацетабулум цементни асиметричне површине – наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације.

DM (32-550)

ДИРЕКТОР
Драгиша Даветић

