



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6135-16

~~29 JUN 2016~~ године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке уређаја
за стимулацију срчане функције и
електрофизиологију бр. 6135/16,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 27.06.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

Питање: У тендерској документацији предметне јавне набавке на страни 11, захтевано је да рок трајања/стерилности за све партије буде минимум 18 месеци на дан испоруке. Обзиром да добра која су предмет наше понуде за партије 22 и 27 имају укупан фабрички рок трајања – стерилности 18 месеци, односно 12 месеци, нећемо бити у могућности да извршимо испоруку производа са захтеваним роком трајања.

Обраћамо Вам се молбом да нам разјасните: да ли је у оваквим околностима могуће усклађивање захтеваног рока стерилности са реалним условима испоруке, што би износило 2/3 укупног произвођачког рока трајања – стерилности у моменту испоруке, за наведене партије.

Одговор: Прихватљиво је и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације и модела уговора, а након добијања сагласности Војног правобранилаштва и исту ћете моћи преузети са потрала Управе за јавне набавке и сајта Наручиоца.

со ЗС.

Handwritten signature

Достављено:

-у омот предмета 6135/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ПРЕДСЕДНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

проф. др Драган Дјурчић