



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА  
01.08 .2016. године

Појашњење у вези са припремањем  
понуде у поступку јавне набавке  
регистрајући папири за медицинске  
апарате, бр. 265/16, доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 27.07.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. Питање: У партији 28, 29, 30 и 31 ( у питању су бланко етикете), није наведена врста папира. Која врста папира се користи за наведене партије (врста папира или ознака-термо ецо, термо топ, веллум) ?

Одговор: За партије 28, 29, 30 и 31 врста папира за наведене партије: Vellum.

2. Колико етикета треба да има на једној ролни-котуру?

Одговор: Број етикета на котуру у зависности од димензија је:

100мм x 50мм	- 1500 комада на котуру,
75мм x 20мм	- 2000 комада на котуру,
50мм x 25мм	- 5300 комада на котуру и
57мм x 31мм	- 2000 комада на котуру.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 6463/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС