



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6925-10
25 AUG 2016 б. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
медицинске опреме за потребе ЦВМУ
Београд, бр. 270/16,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 23.08.2016. године, достављамо следеће одговоре:
Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1.Питање: Поштовани молимо Вас да из партије 3 издвојите лабораторијску центрифугу у засебну партију, како би и понуђачи који немају остале апарате у својој понуди могли да учествују у јавној набавци"?

Одговор:

Не постоји могућност накнадног издвајања медицинских уређаја из партије.

2.Питање: Поштовани тражи се да центрифуга има подесиву брзину ротације од 500 до 6000 обртаја у минути. Да ли је одговарајуће понудити центрифугу са њихајућим ротором са подесивом брзином ротације од 300 до 4500 обртаја у минути, док сама центрифуга има брзину од 300 до 16000 обртаја у минути"?

Одговор:

Наручилац остаје у свему према условима из конкурсне документације.

ЗС.



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
п у к о в н и к
проф. др Драган Динчић

Достављено:

-у омот предмета 6925/16

- Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС