



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7162- 40
25 AUG 2016. године

Појашњење у вези са припремањем понуде, у поступку јавне набавке медицински и дијагностички комплети, бр. 302/16, доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованих лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 23.08.2016. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање:

За партију 10 „Set stent ureteralni F7/28 cm, od poliuretana, dužina uvođača presvučen teflonom 150 cm, dužina gurača 45 cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan”,
За партију 11 „Set stent ureteralni F4,8/28 cm, od poliuretana, dužina uvođača presvučen teflonom 150 cm, dužina gurača 45 cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan”, и
За партију 12 „Set stent ureteralni F6/28 cm, od poliuretana, dužina uvođača presvučen teflonom 150 cm, dužina gurača 45 cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan”,

НИЈЕ НАВЕДЕНО КАКАВ ВРХ СТЕНТА СЕ ТРАЖИ, ОТВОРЕН ИЛИ ЗАТВОРЕН!

Одговор: Прихватају се стентови са отвореним и затвореним врхом.

2. Питање:

Да ли ће наручилац у партији 11 „Set stent ureteralni F4,8/28 cm, od poliuretana, dužina uvođača presvučen teflonom 150 cm, dužina gurača 45 cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan”, **прихватити да дужина гурача буде 75 cm!**

Одговор: Не прихвата се дужина гурача 75 цм, већ искључиво 45 – 50 цм.

ЗС.


Достављено:

- у омот предмета 7162/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

проф. др Драган Динчић