



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7162- 17
1 AUG 2016. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде, у поступку јавне набавке
медицински и дијагностички комплети,
бр. 302/16,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 10.08.2016. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање: Да ли је наручиоца за партију бр. 17. прихватљив естрактор камена од nitinola дијаметра 2,4F(3F, 4F, 5F) на дужинама од 40-110cm, баскет дијаметра 10, 15, 20m, са ергонометриском дршком и торкером, европског произвођача?

Одговор: прихватљиво је да естрактор камена буде од од nitinola дијаметра 2,4F(3F, 4F, 5F) на дужинама од 40-110cm, баскет дијаметра 10, 15, 20m, са ергометријском дршком и торкером, европског произвођача.

2. Питање: Молимо вас да за партију бр.21. наведете тип катетера чија се набавка захтева.

Одговор: Уретерерални катетер Ch5 дужине 70 cm са флексибилним врхом, који се користи код уретерореноскопских – ендоскопских процедура за постављање guide wire код отежаног проласка реноскопа нпр. кривине уретера.

3. Питање: Да ли је за наручиоца за партију бр. 105 прихватљива понуда балона за дилатацију једњака дужине 1800mm/2400mm (дужина катетера зависи да ли је fixed wire tip или guide) америчког произвођача?

Одговор: Прихватљива је понуда балона дужине 1800-2400 мм, поп. промера 8 мм, дужине 55мм.

4. Питање: Да ли је за наручиоца за партију бр. 106 прихватљива понуда балона за дилатацију једњака дужине 1800mm/2400mm (дужина катетера зависи да ли је fixed wire tip или guide wire tip), спољног пречника 10mm на дужини балона 55mm за радни канал 2,8mm, америчког произвођача?

Одговор: Прихватљива је понуда балона дужине 1800-2400 мм, поп. промера 10 мм, дужине 55мм.

5. Питање: Да ли је за наручиоца за партију бр. 108 прихватљив балон спољног пречника од 8mm на дужини од 55mm, радне дужине од 2400mm, радни канал 2,8?

Одговор: Прихватљива је понуда балона дужине 1800-2400 мм, поп. промера 8 мм, дужине 55мм.

6. Питање: Да ли је за наручиоца за партију бр. 109 прихватљив балон спољног пречника од 12mm на дужини од 55mm, радне дужине од 2400mm, радни канал 2,8?

Одговор: Прихватљива је понуда балона дужине 1800-2400 мм, поп. промера 12 мм, дужине 55мм.

7. Питање: Да ли је за наручиоца за партију бр. 112 прихватљив Pig tail билијарни стент 7F на дужини од 50mm?

Одговор: Прихватљив је и Pig tail билијарни стент 7F на дужини од 50mm.

Ср
ЗС.

Достављено:

- у омот предмета 7162/16

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници МО РС



НАЧЕЛНИК НАЧЕЛНИКА ВМА

ПУКОВНИК

проф. др Драган Динчић