



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 2177- 39

2014. године

23 JUN 2014

Одговор заинтересованом лицу
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације инт. бр. 2177-35 од 18.06.2014.године, за **ЈН бр. 42/14 Ортопедски имплантациони материјал и вештачки зглобови** за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш, по следећем:

"Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 42/14":

1. Да ли је за партију 1. – TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV, POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE) SA OPCIJOM ELEVACIJE DO 20 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO прихватљива понуда у којој понуђач понуди

- стем CCD угао 135 са одступањем +,-3 степена, без опције CCD 125 st за варус кукове
- ацетабулум са распоном мин. 12 величина без прецизирања конкретних димензија?

Такође, да ли ће наручилац прихватити понуду за ацетабуларну капу са елевацијом од 10 (опционо 20 степени), без инсистирања на multihole, обзиром да се захтева број шrafoва који је једнак броју капа што значи да се уграђује просечно један завртањ по ацетабулуму?

2. Молимо да појасните шта наручилац подразумева под појмом ацетабулум цементни асиметричне површине, како бисмо припремили прихватљиву понуду у складу са траженим карактеристикама за партију 3 – CEMENTNA TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA STEM BEZ KOLARA TAPER 12/14MM, CCD UGAO 138MM, MAT ZAVRŠNE OBRADE, GLAVA METALNA PUN RASPON OD 5 VELIČINA , ACETABULUM CEMENTNI ASIMETRIČNE POVRŠINE 44 DO 58MM SA VELIČINAMA RASTUČIM NA 2 MM, STERILNO PAKOVANO

3. Да ли ће за наручиоца за партије 4 и 5 такође бити прихватљива понуда у којој потенцијални понуђач понуди у оквиру тражених протеза ацетабулум са опцијом закључавања без реверзибилног закључавања, као и протезу дефинисану партијом 4 без навигације?

4. Партију 29 сте дефинисали на следећи начин:

29	KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI STERILISAN ETILEN OKSIDOM				
33183000	Koštani cement a 40 g	doza	350	250	600
33183000	Koštani cement sa gentamicinom a 40 g	doza	270	50	320
33183000	Koštani cement za revizije sa gentamicinom i klindamicinom a 40 g	doza	100	20	120

Молимо да нам одговорите да ли ће за наручиоца бити прихватљива понуда за партију 29 у којој потенцијални понуђач понуди тражено добро стерилисано и другом врстом поступка стерилизације, а који је једнако прихваћен у Европи, имајући у виду да је објективно тешко доказати технолошко – техничке предности стерилисаног цемента, стерилисаног искључиво етилен оксидом у односу на исти производ стерилисан на други начин.

У прилог тврдњи напомињемо да постоје подаци објављени у релевантној литератури о оптималним биомеханичким параметрима стерилног цемента без обзира на врсту поступка стерилизације, из чега се закључује да врста стерилизације ни на који начин не утиче на захтеване параметре стерилног цемента (компресиона јачина, еластичност, отпорност на савијање, дуготрајност и сл) који се налазе у опсегу оптималних за његову примену приликом уградње. Такође, није доказано да алтернативне методе стерилизације као нпр гама зрачење утичу на очекиване особине антибиотика. Такође вас молимо да нам одговорите да ли ћете у оквиру партије 29 за коштани цемент за ревизије са садржајем антибиотика gentamicina и klindamicina прихватити и понуду у којој понуђач понуди стерилни цемент који садржи комбинацију друга два антибиотика, нпр Gentamicin i Vancomycin? Уједно предлажемо да наручилац партију 29 подели на 3 партије чиме се проширује конкуренција и омогућава учешће и оних понуђача који не могу да понуде све три врсте цемента, обзиром да се ради о независним добрима чија уградња није међусобно условљена.

ОДГОВОР: Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона и акта Управе за војно здравство МО инт. бр. 6-449 од 20.06.2014.године, одговара на питања:

1. За партију 1. Наручилац остаје у свему при захтевима који су предвиђени конкурсном документацијом.
2. За партију 3. Асиметрична површина ацетабулума подразумева постојање удубљења ради боље фиксације цемента.
3. За партије 4 и 5 Наручилац остаје у свему при захтевима који су предвиђени конкурсном документацијом.
4. За партију 29 Наручилац остаје у свему при захтевима који су предвиђени конкурсном документацијом.

ДМ (32-550)



ДИРЕКТОР
Драгиша Даветић