

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977

Број 243 - 19

19.06.2014. године

БЕОГРАД

На основу факсом достављеног захтева за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку, од стране потенцијалног понуђача "PROANALYTICA" д.о.о., а у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) ВП 2977 Београд објављује,

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку број 88, набавка добара - опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије :

Конкурсно документацијом на страни 9. и 10., а на основу потреба наручиоца, наведена су тражена добра, потребне количине као и спецификације техничких карактеристика добара на која се односе питања потенцијалног понуђача.

Позиција 1, дигестор

- Димензије киселоотпорне кадице, дате у конкурсној документацији, подразумевају спољашње димензије које могу одступати до 10% услед процеса производње.
- У складу са потребама наручиоца, конкурсном документацијом одређена је врста материјала и могућа је адекватна замена само тамо где је наручилац предвидео такву могућност

Позиција 2, централни сто

- Од документације је неопходно доставити атест о испитивању плочица од стране произвођача из кога се види да се ради о киселоотпорним плочицама.
- Понуда мора бити у складу са конкурсном документацијом у којој је тражено да радна површина буде од киселоотпорних плочица и није предвиђена замена.
- Димензије киселоотпорне кадице, дате у конкурсној документацији, подразумевају спољашње димензије које могу одступати до 10% услед процеса производње.

Позиција 3, лабораторијска судопера

- Димензије корита судопере су спољашње димензије које могу одступати до 10%.
- У судопери ће бити инсталиран бојлер доње монтаже.

Позиција 7, лабораторијска столица

- Понуда мора бити у складу са конкурсном документацијом .

Позиција 8, ормар за запаљиве хемикалије

- Димензије ормара дате у конкурсној документацији могу одступати до 10% по свакој димензији.
- Није потребно понудити вентилатор уз ормар јер у документацији исти није ни тражен.

Позиција 9, ормар за киселине и базе

- Димензије ормара дате у конкурсној документацији могу одступати до 10% по свакој димензији.
- Није тацна од INOX-а на вратима, већ се тражи да унутар ормара има четири полице и једна тацна од INOX-а, а на вратима вентилациони отвори у доњем и горњем делу.
- Није потребно понудити вентилатор уз ормар јер у документацији исти није ни тражен.

Позиција 10, ормар за хазардне материје

- Није потребно понудити вентилатор уз ормар јер у документацији исти није ни тражен.

У даљем поступању, молимо вас да евентуална појашњења конкурсне документације тражите само уколико дате карактеристике производа не дају јасну слику онога што се тражи и само за она добра која се конкурсном документацијом траже.

ДМ.-

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

п о т п у к о в н и к

Славко Муждека

Урађено у једном примерку, ископирано

у 2 примерка и достављено:

- Уз предмет ЈН (*3)
- “PROANALYTICA“ д.о.о.- факсом

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs
- www.portal.ujn.gov.rs