



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
инт.бр. 2685 - 32
16.01.2014. године

Допуна/измена конкурсне
документације, д о с т а в љ а .-

Веза: ЈН број 24/13 – Медицинска средства за гастроентерологију и хепатологију.

Дописом наш инт.бр. 2685 - 23 од 13.01.2014. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

Питање бр. 1: У партији 10 се тражи: „balon dilatator ezofagealni 10 mm“. Да ли ћете прихватити езофагеални дилатациони балон пречника 12мм?

Одговор 1: Не прихвата се. Езофагеални дилатациони балон пречника 12мм се набавља у партији 11.

Питање бр. 2: У партији 13 се тражи: „stent bilijarni, plast. SET 12 F, set sadrži: plastični stent, žicu vodič i aplikator stenta.“. Да ли ћете прихватити сет од 11,5F?

Одговор 2: НЕ прихвата се.

Питање бр. 3: У партији 24 се тражи: „balon dilatator bilijarni 6mmx3 mm“, односно у партији 25 се тражи: „balon dilatator bilijarni 8mmx3 mm“. Да ли је у питању штампарска грешка, пошто предпостављамо да би уместо 3мм требало да стоји 30мм. Да ли ћете прихватити билијарни дилатациони балон димензија 6mmx20 mm?

Одговор 3: Прихвата се и билијарни дилатациони балон димензија 6mmx20 mm?

Питање бр. 4: У партији 27 се тражи „balon za ekstrakciju kalkulusa 11.5 mm“, а у партији 28 се тражи „balon za ekstrakciju kalkulusa 8.5 mm“. Да ли прихватате балон који се могуће подешавати тако да његов пречник буде у распону од 9мм до 16мм?

Одговор 4: Прихвата се и балон који је могуће подешавати тако да његов пречник буде у распону од 9мм до 16мм.

Питање бр. 5: У партији 39 се тражи: „омча за polipektomiju Ø4,0cm, radni kanal 2.8mm, za višekratnu upotrebu“. Да ли ћете прихватити омчу за полипектомију пречника 5,0мм?

Одговор 5: Прихвата се и омча за полипектомију пречника 5,0мм.

Обавештавано понуђаче да се продужава рок за подношење понуда до **30.01.2014. године до 12.00 сати**. Јавно отварање понуда ће се обавити **одмах након истека рока** за подношење понуда.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

МВ/

DC

Достављено понуђачу:
Неомедика



ДИРЕКТОР

Влада Антонијевић, дипл.економиста

[Handwritten signature in blue ink]