



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 8044 - 12
26 AUG 2016

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, магнетна резонанса, за потребе ВМА, Ознака из ОРН: 33100000, редни број 385/2016, заинтересована лица су поставила следећа питања:

1. На страни 28. конкурсне документације под тачком 3.2. наведено је: „Резолуција сигнала пријемника - не мања од 32 bita (чување и пренос података)“ овај захтев је елиминаторан за производ Vintage Titan произвођача Toshiba Medical Systems Corporation, Јапан.
Питање број 1: Да ли прихватате измену овог захтева тако да гласи: „Резолуција сигнала пријемника – не мања од 16 bita (чување и пренос података)“?
2. На страни 28. конкурсне документације под тачком 4.7 наведено је: „Посебна завојница високе резолуције за преглед колена са најмање 8 елемената (независна независна или у интегрисаној технологији тј симултаном аквизицији заједно са осталим завојницама), не флексибилна.“ овај захтев је елиминаторан за производ Vintage Titan произвођача Toshiba Medical Systems Corporation, Јапан.
Питање број 2: Да ли прихватате измену овог захтева тако да гласи: „Посебна завојница високе резолуције за преглед колена са најмање 6 елемената (независна независна или у интегрисаној технологији тј симултаном аквизицији заједно са осталим завојницама), не флексибилна.“?
3. На страни 28. конкурсне документације под тачком 4.8 наведено је: „Посебна завојница високе резолуције за преглед рамена са најмање 8 елемената (независна независна или у интегрисаној технологији тј симултаном аквизицији заједно са осталим завојницама), не флексибилна“ овај захтев је елиминаторан за производ Вантаге Титан произвођача Тосхиба Медицал Системс Цорпоратион, Јапан.
Питање број 3: Да ли прихватате измену овог захтева тако да гласи: „Посебна завојница високе резолуције за преглед рамена са најмање 6 елемената (независна независна или у интегрисаној технологији тј симултаном аквизицији заједно са осталим завојницама), не флексибилна“?
4. На страни 30. конкурсне документације под тачком 7.6.4 наведено је: „Евалуациони пакет за фузију слика са више различитих модалитета (СТ,MR,NM,PET) на радном месту за евалуацију“ овај захтев је елиминаторан за производ Vintage Titan произвођача Toshiba Medical Systems Corporation, Јапан.
Питање број 4: Да ли прихватате избацивање овог захтева из техничке спецификације у

5. На страни 30. конкурсне документације под тачком 8.2 наведено је: „Основни пакет секвенци за прегледе локомоторног система (подразумева и технику мапирања хрскавице тј евалуацију хрскавице и мапирање свих њених слојева, CartiGram или MapIt или одговарајуће).“ овај захтев је елиминаторан за производ Vintage Titan произвођача Toshiba Medical Systems Corporation, Јапан.
Питање број 5: Да ли прихватате измену овог захтева тако да гласи: „Основни пакет секвенци за прегледе локомоторног система.“?
6. На страни 30 конкурсне документације под тачком 8.3.3 наведено је: „Детекција и квантификација масти и гвожђа у јетри, LiverLab или IDEL IQ/STRAMAP или mDixon-Quant/Strquant или одговарајуће)“ овај захтев је елиминаторан за производ Vintage Titan произвођача Toshiba Medical Systems Corporation, Јапан.
Питање број 6: Да ли прихватате изbacивање овог захтева из техничке спецификације у потпуности?
7. На страни 30. конкурсне документације под тачком 8.3.6 наведено је: „Ултра брзи динамички 3D T1W imaging јетре високе резолуције са уклањањем артефаката насталих услед дисања пацијента и померања органа при нормалном дисању пацијента (FREEZEit или DISCO или одговарајуће)“ овај захтев је елиминаторан за производ Vintage Titan произвођача Toshiba Medical Systems Corporation, Јапан.
Питање број 7: Да ли прихватате изbacивање овог захтева из техничке спецификације у потпуности?
8. На странама 16 и 17. у тачки 5.8.3. Место и рок испоруке у конкурсној документацији, захтева се: „испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добра у предвиђене просторије на локацији употребе најкасније у року 60 дана од дана закључења уговора, након чега ће се створити услови за квантитативан пријем,“. На страни 4. Рок за испоруку (квантитативни пријем) је наведен да не сме бити дужи од 270 дана од дана обостраног потписивања уговора. Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 30 дана од дана пријема обавештења о припреми простора од стране ВМА према „site plan“-у понуђене опреме. Елементи техничке подршке у роковима испоруке и гаранције наводи се рок за испоруку од 60 дана.
Питање 1: Колики је рок у календарским данима за квалитативни пријем добра од стране ВМА од дана потписивања уговора?
Питање 2: колики је рок у календарским данима за пријем обавештења о припреми простора од стране ВМА од дана потписивања уговора?
9. На странама 3 и 21. Конкурсне документације ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА наведене су различите вредности пондера за критеријум ЦЕНА, 90 и 60, респективно.
Питање 3: Да ли је вредност пондера за цену 90 а за гарантни период 10?
10. На страни 9. Под тачком 4.3.7. као доказ да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом захтева се фотокопија сертификата за најмање једног ангажованог сервисера код понуђача за опрему (модел и тип). Обзиром да планирамо да нудимо најновију радну станицу за МР систем која је регистрована као посебно медицинско средство и за коју поседујемо решење АЛИМС-а о упису у регистар медицинских средстава те да исту до сада немамо инсталирану на територији Србије немамо сертификованог сервисера. Курс за обуку за сертификацију резервисан је за нашег сервисера у Октобру 11-14.2016 код произвођача у Холандији. Обзиром да чемо сертификованог сервисера за модел радне станице који нудимо имати у октобру 2016. Године а да је рок за испоруку после тога, молимо вас да прихватите изјаву произвођача како следи.
Питање 4: Да ли је прихватљива изјава произвођача о резервацији места и планираној обуци и сертификацији запосленог сервисера ... за сервис радне станице „IntelliSpace

Одговори

Питања од 1 до 7.

Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача, и остаје у свему при условима из конкурсне документације.

Питање 8.

Рок испоруке (квантитативни пријем), у календарским данима, не може бити дужи од 270 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Квалитативни пријем, у календарским данима, не може бити дужи од 30 дана од дана пријема обавештења о припреми простора од стране ВМА према „site plan“-у понуђене опреме.

Питање 9.


Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: "економски најповољнија понуда" за сваку партију посебно, и то:

- Цена – до 90 пондера и,
- Гарантни период – до 10 пондера.

Питање 10.

Да, наручилац ће прихватити изјаву произвођача о резервацији места и планираној обуци и сертификацији за ангажованог сервисера, уз услов да понуђач, уколико му буде додељен уговор, мора да достави тражени сертификат, најкасније до момента квантитативног пријема. У супротном, наручилац ће, евентуалним нацртом уговора, предвидети могућност раскида истог и наплату банкарске гаранције и меницу за добро извршење посла.

MS, MB



Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС