



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 6150- 36

02 AUG 2016

Појашњење у вези са припремањем
понуђе у поступку јавне набавке
Ултразвучни уређаји са пратећим
сондама бр. 252/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 01.08.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:
„Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за медицинску опрему: Ултразвучни уређаји са пратећим сондама за потребе Војномедицинске академије, ВБ Ниш и ВМЦ Нови Сад обликована у две партије, јавна набавка број 252/16“

Обраћамо Вам се у вези добијања додатних информација и појашњења сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, а ради правилне израде понуде за јавну набавку бр. 252/16. Молим Вас да нам појасните следеће ставке из конкурсне документације и да одговорите на следећа питања:

На страни 39 од 61 (укључујући измене и допуне конкурсне документације) конкурсне документације, за партију 2, захтева се: „Линеарна мултифреквентна 2 D сонда (или матрична), опсега 5-11 MHz или шире, за прегледе крвних судова са дужином снимања од најмање 14 cm, са ширином кристала, најмање 40, ±2mm са подржаним водичем за биопсију.“

Коментар: С обзиром да је на вашем одељењу био апарат, који желимо да понудимо и да сте задовољни његовим могућностима као и сондом L12-3(васкуларна сонда), која је била са апаратом на презентацији, коју ћемо да понудимо заједно са апаратом на тендеру, а произвођач не производи сонду какву сте навели, имамо следеће питање:

Питање 1: Да ли је за наручиоца прихватљиво, да понудимо линеарну мултифреквентну сонду, опсега од 3 до 12 MHz, за преглед крвних судова, са дужином снимања од 10 cm, ширине 38 mm, са подржаним водичем за биопсију?

Одговор: Не, није прихватљиво за наручиоца.

На страни 39 од 61 (укључујући измене и допуне конкурсне документације) конкурсне документације, за партију 2, захтева се: „Линеарна мултифреквентна 2 D сонда (или

матрична), опсега 7-14 MHz или шире, за прегледе меких ткива(врат, дојке, мултискелетни систем и површна ткива) са дубином снимања од најмање 8 цм, са ширином кристала, најмање 50 мм, са подржаним водичем за биопсију.“

Коментар: С обзиром да је на вашем одељењу био апарат, који желимо да понудимо и да сте задовољни његовим могућностима као и сондом L12-5(сонда за мека површинска ткива), која је била са апаратом на презентацији, коју ћемо да понудимо заједно са апаратом на тендеру, а произвођач не производи сонду какву сте навели, имамо следеће питање:

Питање 2: Да ли је за наручиоца прихватљиво, да понудимо линеарну мултифреквентну сонду, опсега од 5 до 12 MHz, за преглед меких ткива(врат, дојке, мускулоскелетни систем и површинска ткива), са дубином снимања од 8 цм, ширине 50 мм, са подржаним водичем за биопсију?..

Одговор: Не, није прихватљиво за наручиоца.

Питање 3: Одељење за одржавање


На страни 9 од 61 (укључујући измене и допуне конкурсне документације) конкурсне документације, за партију 2, захтева се: „Изјаву понуђача о постојању сопственог сервиса за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на подручју Р.Србије (лоциран у Р.Србији) са најмање једним ангажованим сертификованим сервисером.“

Коментар: С обзиром да је предмет јавне набавке ултразвучни апарат премиум класе, и да смо у могућности да понудимо најновији модел апарата за ову партију- да ли је за наручиоца прихватљиво да у изјави понуђача стоји : „Изјава о постојању сопственог сервиса за одржавање понуђених добара у гарантном и постгарантном року на подручју Р.Србије(лоциран у Р. Србији) са најмање једним ангажованим сертификованим сервисером - који ће бити сертификован до испоруке ултразвучног апарата“ а од произвођача Изјаву да је сервисна обука за понуђени ултразвучни апарат у току.

С обзиром да је ултразвук који желимо да нудимо најновије генерације(за којег није било довољно места на прошлом сертификованом курсу), најлепше молимо да нам омогућите да доставимо изјаве(Понуђача и Произвођача) за сервисера чија обука је у току и биће завршена до момента испоруке.

Одговор: Може, прихвата се сугестија с тим што ће се, уколико овом понуђачу буде додељен уговор, у њему навести, обавеза да се до момента испоруке достави доказ о завршеној обуци.

МК



Достављено:

-у омот предмета 6150/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС