



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 3908 - 19

13.01. . 2014. године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације, за **ЈН бр. 38/13 Медицинска средства за потребе анестезије и реанимације:** ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију ... за потребе Војномедицинске академије, Војномедицинског центра Нови Сад и Војне болнице Ниш, по следећем:

"Молимо да нам одговорите на следећа питања у вези са карактеристикама траженог добра у **партији бр. 215 - Regulator protoka tečnosti (tip bubanj):**

1. Да ли под "бубњем" подразумевате прецизни регулатор протока израженог у ml/sat?
2. Колика треба да буде дужина инфузионе линије?
3. Да ли направа треба да садржи коморицу за капање са ваздушним филтером и филтером честица?
4. Да ли направа треба да садржи Y-конекцију за додатне болус инјекције?
5. Да ли материјал од кога је направа произведена сме да садржи DEHP?
6. Да ли материјал од кога је направа произведена сме да сдржи латекс?"

ОДГОВОР: Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара заинтересованом лицу да тражено добро треба да има следеће карактеристике:

1. Бубањ треба да буде прецизни регулатор протока који је изражен у ml/sat.
2. Дужина инфузионе линије треба да буде минимално 210cm.
3. Направа треба да садржи коморицу за капање са ваздушним филтером и филтером честица.
4. Направа треба да садржи Y-конекцију за додатне болус инјекције.
5. Материјал треба да буде без DEHP-а.
6. Материјал треба да буде од латекса.

ВН

Handwritten initials



ДИРЕКТОР

Влада Антонијевић дипл економиста

Handwritten signature