



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 85- 28
2016. године

29 -02- 2016

Појашњење конкурсне документације,

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставила Захтеве за појашњење конкурсне документације бр.85-18 од 24.02.2016. године, бр.85-20 од 25.02.2016. године, бр.85-22 од 26.02.2016. године и бр.85-23 од 26.02.2016. године за ЈН бр. 62/15 Медицински нехемијски потрошни материјал- материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, по следећем:

„1. У предметној конкурсној документацији, на страни 6 смо пронашли нелогичност за коју мислимо да је рачунска грешка, а која се наставља даље кроз документацију, а тиче се количине хируршких конаца за ставку број 3 партије 12.

Које су количине хируршких конаца тражене у партији 12, у ставци 3?

Red. број партије/ставке	Šifra ORJN	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	Količina VMA	Količina NIŠ	Količina NOVI SAD	Količina UKUPNO
Partija 12		Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a					
3	33141125	Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a debljina 1 dužina 90+ cm igla: 40+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 1	kom.	960			1.800

2. Конкурсном документацијом је предвиђена обавезна достава узорака и следеће: „Узорци изабраног понуђача ће бити прослеђени крајњем кориснику ради упоређивања понуђеног и испорученог средства“.

Да ли то значи да је неопходно да узорци који се доставе буду стерилни или је могуће доставити и нестерилне узорке, што је наша молба?

3. Да ли можете ближе описати предмет набавке у партији број 13, конач Polydioxanone, тачније молимо за појашњење какав тензиони профил је потребан за овај производ?

4. Да ли можете ближе описати предмет набавке у партији број 14, PGA конач, тачније појаснити какав омотач и тензиони профил су потребни за овај производ?

5. Да ли ће се за партију број 13, ставке 5 и 6, прихватити конач дужине 70 cm?

6. Да ли ће се за партију број 16, ставка 11, прихватити игла дужине 39 mm?

7. Партија број 1- ставка 1 „Пунџа са ректангуларним кламфами величине 3,5 mm, за stapler TA 30“, ставка 2 „Пунџа са ректангуларним кламфами васкуларни 2,5 mm, за stapler TA 30“ и партија број 4 – ставка 1 „Instrument за сивење stapler GIA 100mm са пунџацем са ректангуларним кламфами 4.8mm, са ножем и пунџачу“.

Да ли захтевате кламфе ректангуларног (четвртастог) облика на попречном пресеку?

8. Партија број 2 „Automatski klipser sa 20 titaniјumskih klipseva veličine M/L, za јednokratnu upotrebu“
Какав је аутоматски клипсер потребан? Да ли са могућношћу окидања на два начина (једнопотезно и двопотезно) или аутоматски клипсер са могућношћу окидања на само један начин?

ОДГОВОР: Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона одговара на питање:

1. На партији број 12, ставка 3 „Lactomer 9-1, upredeni, sintetski, resorptivni konac sa omotačem od Ca - stearoyl lactylate-a, deblјina 1, dužina 90+ cm, игla: 40+/-2 mm, округla, 1/2 kruga, број игala: 1“ тражена је количина од 960 комада наведеног хируршког конца, за потребе крајњег корисника Војномедицинске академије.
С обзиром да је једино Војномедицинска академија исказала потребе за набавком наведеног средства, **укупна тражена количина** на партији број 12, ставка број 3, износи **960 комада**.
2. Узорци хируршких конца морају бити идентични са хируршким концима које ће испоручити изабрани понуђач, што значи да морају бити у оригиналном паковању са назначеним траженим карактеристикама и стерилни.
3. За партију број 13 потребно је да тензиона снага конца након две недеље од инплантације буде минимално 80% снаге конца.
4. За партију број 14 потребно је да тензиона снага конца након две недеље од инплантације буде минимално 65% снаге конца.
Омотач конца треба да буде од комбинације карполактона и калцијум стеарата.
5. За партију број 13, ставке 5 и 6 остајемо при траженим карактеристикама конкурсне документације.
6. За партију број 16, ставка 11 остајемо при траженим карактеристикама конкурсне документације.
7. За ставке 1 и 2, партије број 1, и ставку 1, партије број 4, жица од које су кламфе израђене мора да на попречном пресеку буде ректангуларног (четвртастог) облика.
8. За партију број 2, опис „аутоматски“ подразумева једнопотезну апликацију без ручног напињања апликатора након примене.

ЗБД



Достављено:
-на Портал ЈН
-на интернет страницу наручиоца
-у омот предмета

