



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање војних

осигураника

Бр. 85- 36

02-03-2016. 2016. године

Појашњење конкурсне документације,

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставила Захтеве за појашњење конкурсне документације бр. 85-31 и бр. 85-32 од 24.02.2016. године, за ЈН бр. 62/15 Медицински нехемијски потрошни материјал- материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, по следећем:

„1. Да ли ће се за партију број 14, Polyglycolic acid (PGA), упредени, синтетски, ресорптивни конач са омотачем, одговарајућим сматрати понуда PGA конач са тензионим профилом 75% након две недеље или је потребно да тензиони профил буде 65% након две недеље?

2. Какве су игле потребне за позиције 4 и 9 у партији број 15, конач Polyamide, тање или стандардне?

3. Какве су игле потребне за позиције 12 и 13 у партији број 16, конач Polipropylene, тање или стандардне?

**ОДГОВОР:** Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона одговара на питање:

1. Захтевани проценат тензионе снаге хируршког конач након две недеље од инплантације је минимално 65%. **Биће прихватљива и тензиона снага хируршког конач од 75% након две недеље од инплантације**, уколико хируршки конач испуњава остале захтеване карактеристике.

2. За партију 15, за ставке 4 и 9 захтевана је тања игла.

3. За партију 16, за ставке 12 и 13 захтевана је тања игла.

ЗБД

Достављено:  
-на Портал ЈН  
-на интернет страницу наручиоца  
-у омот предмета

ДИРЕКТОР  
Драгиша Даветић