



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Број 4507- 19

\_\_\_\_\_ .20\_\_ . године

БЕОГРАД  
02 SEP 2014

Појашњење/измену/допуну  
конкурсне документације  
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добра бр. 47/14 - Робот за нарезивање CD-ова.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалних понуђача за додатним појашњењима конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добра бр. 47/14, достављамо следеће појашњење/измену/допуну конкурсне документације:

„На страни 25/47 под тачком 3. Навели сте да је неопходна обука неограниченог броја лица крајњег корисника у року за квалитативни пријем.“

**Питање 1:** „Молимо Вас да нам објасните шта значи неограничен број лица када је разлика између најдужег рока испоруке и најдужег квалитативног пријема 10 дана?“

**Одговор 1:** Сва лица које крајњи корисник одреди да се обуче.

„На страни 26/47 техничких карактеристика под тачком 1. навели сте: „Брзина нарезивања најмање 30 CD-ова или 15 DVD-ова на сат.“

**Питање 2:** „Како је могуће да ће у току једног радног сата корисник некада нарезати знатно мањи број дискова од количине која се тражи питамо Вас да ли је могуће ову тачку изменити у: „Највећа брзина нарезивања најмање CD-ова или 15 DVD-ова на сат.““

**Одговор 2:** Нема потребе за допуном реченице јер има исто значење.

„На страни 26/47 техничких карактеристика под тачком 8. навели сте: „Могућност повезивања на PACS и директно нарезивање.“

**Питање 3:** „Желимо да нам разјасните да ли се захтев за директно нарезивање односи на могућност прослеђивања захтева за нарезивање директно из PACS система као и да ли се тај захтев односи и на остале модалитете?“

**Одговор 3:** Потребно је омогућити нарезивање како са PACS-а, тако и са модалитета који подржавају архивирање записа на CD или DVD медијуме, а које корисник распореди за повезивање.

„На страни 26/47 техничких карактеристика под тачком 9. навели сте: „Тип конекције USB 2.0“

**Питање 4:** „Како се комуникација између модалитета као и PACS систем и других система обавља путем мрежне инфраструктуре, молимо Вас да нам нагласите са којим уређајем се тражи USB 2.0 конекција?“

**Одговор 4:** Под формулацијом „Тип конекције USB 2.0,“ у приложеном контексту, захтева се да уређај располаже једним или више прикључака типа USB 2.0, или бољим, о чијем ће се даљем коришћењу Корисник накнадно одлучивати.

**Питање 5:** „Даље, уколико се ова конекција односи на интерну комуникацију између рачунара за управљање и робот резача, желимо да питамо да ли је могуће додати још једну тачку са захтевом за мрежни тип комуникације од минимум 1GBit?“

**Одговор 5:** Сагласно претходном одговору „Тип конекције USB 2.0,„не односи се на комуникације између рачунара за управљање и робот резача. Не сматрамо да додавање захтева у вези брзине конекције између ова два ентитета одражава полазну замисао спецификације уређаја.

**Питање 6:** Како овакви уређаји имају могућност дељења великих студија на више дискова као аутоматског одређивања да ли је неку студију или групу студија могуће нарезати на CD или ће се оне нарезати на DVD, желимо да поставимо питање да ли је могуће овакав захтев додати у техничке карактеристике траженог уређаја?

**Одговор 6:** Не прихвата се. Нема измене конкурсне документације по овом питању.

„На страни 37/47 тендерске документације под тачком 8.12 навели сте: „ПРОДАВАЦ се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 7 (седам) година од момента испоруке.“

**Питање 7:** „Како Продавац не мора бити и произвођач предметног средства, желимо да поставимо питање да ли је могуће изменити ову тачку у: „ПРОИЗВОЂАЧ се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 7 (седам) година од момента испоруке“ поготово што Ви као наручилац нећете бити у могућности да набављате сервисне услуге и резервне делове без спроведеног поступка јавне набавке.“

**Одговор 7:** Нема измене конкурсне документације по овом питању.

**Питање 8:** У техничкој спецификацији 6-I-4 техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује, на страни 28 конкурсне документације навели сте под тачком 9. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се овај захтев измени тако да гласи „Тип конекције USB 2.0. или новији“ с обзиром на то да постоји и новији стандард као што је USB 3.0., који је све више у употреби.

**Одговор 8:** Прихвата се.

Продужава се рок отварања понуда тако да уместо 08.09.2014. године у 10,00 часова рок за подношење понуда је 12.09.2014. у 10,00 часова, након чега ће се одмах отворати понуде.

**Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.**



VJ/MB



**ДИРЕКТОР**  
Драгиша Дабетић

