



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
инт.бр. 3137-10
04 JUL 2014

Допуна/измена конкурсне
документације, д о с т а в љ а.-

Веза: ЈН број 24/14 – Видео стуб за бронхоскопију.

Дописом наш инт.бр. 3137 - 8 од 02.07.2014. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

Питање бр. 1: Конкурсном документацијом је захтевана спецификација „могућност приказивања васкуларизације ткива (NBI-Narrowj Band Imaging)“ како се ради о заштићеном називу одређеног произвођача, на основу члана 72. став 2. и став 4 молимо да се изврши допуна речима „или одговарајући“

Одговор 1: Прихвата се.

Питање бр. 2: Техничком карактеристиком „комплетно потопив конектор без потребе за заштитном капом“ наручилац ограничава конкуренцију, што је у супротности са чланом 10. ЗЈН. Наведена техничка карактеристика није од кључног значаја за рад самог апарата и не утиче на саму процедуру нити пружа бољи комфор приликом процедуре. Молимо да се омогући понуда комплетно потопивог конектора за заштитном капом.

Одговор 2: Прихвата се и понуда комплетно потопивог конектора за заштитном капом.

Питање бр. 3: Да ли је могуће понудити пречник инсерционе тубе 4.9 мм?

Одговор 3: Прихвата се и понуда са пречником инсерционе тубе 4.9 мм.

Питање бр. 4: Технички захтев „могућност ротације инсерционе тубе лево/десно 120°/120°“ представља елиминишући фактор за учешће у ЈН. Молимо да наручилац поступи по члану 10 ЗЈН и омогући што већу конкуренцију и не ограничава учешће било ког понуђача. Молимо да се ова техничка карактеристика изостави из техничке спецификације.

Одговор 4: Прихвата се брисање ове техничке карактеристике. Остаје захтев „савитљивост горе/доле 210°/130°“.

Ксенон извор светла

Питање бр. 5: Технички захтев „компатибилан са свим флексибилним ендоскопима као и лапароскопским инструментима и главама камере“ представља елиминишући фактор за учешће у ЈН. Уколико се ради о опреми за видео бронхоскопију компатибилноста са лапароскопским инструментима нема своју оправданост. Молимо да се ова техничка карактеристика изостави из техничке спецификације.

Одговор 5: Прихвата се.

Питање бр. 6: Технички захтев „аутоматска контрола осветљења (17 нивоа)“ представља елиминишући фактор за учешће у ЈН, осим за једног. Молимо да се захтев измени у „аутоматска контрола осветљења(минимално 8 нивоа), јер већина светских произвођача поседује укупно 8 нивос контроле осветљења.

Одговор 6: Захтев се мења и гласи „аутоматска контрола осветљења(минимално 8 нивоа)“

Видео процесор

Питање бр. 7: Технички захтев „Електронско увећање: 1,2ц и 1,5ц“. Молимо за појашњење да ли је грешка , односно да ли треба да стоји 1,2х и 1,5х. Уколико је ова претпоставка тачна, да ли је могуће понудити електронско повећање од 0х до 2.5х, што је боља техничка карактеристика од захтеваног?

Одговор 7: Треба да стоји „Електронско увећање: 1,2х и 1,5х“, прихвата се и електронско повећање од 0х до 2.5х.

Питање бр. 8: Технички захтев „подаци о пацијентима (50 пацијената)“, не утиче на сам рад уређаја нити на процедуру. Да ли је могуће изменити техничку карактеристику да гласи „подаци о пацијенту (минимум 44 пацијената)“,

Одговор 8: Захтев се мења и гласи „подаци о пацијенту (минимум 44 пацијената)“

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.



ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетић

МВ/

Прилог

Измењене стране: 27/50, 28/50 и 29/50