



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 3908 - 35

05.02. 2014. године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12), у даљем тексту Закон, доставио Захтев за појашњење конкурсне документације, за **ЈН бр. 38/13 Медицинска средства за потребе анестезије и реанимације:** ларингеалне маске, ендотрахеални тубуси, игле за електро-неуро-стимулацију, сетови за епидуралну и спиналну анестезију ... за потребе Војномедицинске академије, Војномедицинског центра Нови Сад и Војне болнице Ниш, по следећем:

"У делу конкурсне документације који се односи на спецификацију добара обликованих по партијама, партије 143 и 144, формулисане су на субјективан начин који фаворизује једног произвођача. што је у супротности са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама, начелу једнакости понуђача као и члану 10.

Наиме флашинг систем неуобичајене дужине од 183cm може да понуди само један произвођач, док стандардну дужину од 150cm производе сви водећи светски произвођачи. Према доступним клиничким студијама, дужина продужене линије (или флашинг система, како је ви називате) од 150cm обезбеђује највећу тачност код инвазивног хемодинамског мониторинга. У екстремним случајевима, а због немогућности постављања монитора на адекватно растојање од пацијента, потребна је већа дужина продужне линије, али она даје већа одступања у читавању вредности венског, артеријског или пулмоналног притиска. У контролисаним болничким условима само у изузетним случајевима су потребни и овакви неспецифични типови сетова где дужине флашинг система варирају у зависности од произвођача оа 175-183cm.

Уколико у вашим здравственим установама имате случајеве када је монитор нестандартно удаљен од пацијента, можете тачно одређени број сетова за мерење артеријског притиска узети за ту сврху, али тада у распону од 175-183cm, а ради обезбеђења начела конкурентности у поступку јавне набавке.

Имајући у виду напред наведено, молимо Вас да извршите корекцију конкурсне документације за партије 143 и 144 на начин који неће дискриминисати понуђаче, а обезбедиће већу конкуренцију у поступку јавне набавке."

ОДГОВОР: Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара заинтересованом лицу да тражена добра на партији 143 и 144 треба да имају следеће карактеристике:

- дужина **flashing sistema** може бити у распону од 150cm до 183cm

ВН

ДИРЕКТОР
Влада Антонијевић дипл економиста



Достављено:

- заинтересованом лицу
- објављено на Порталу Јавних набавки
- објављено на интернет страници наручиоца
- а/а