

ВОЈНА ПОШТА

бр. 1205

бр. 03-2/1600-15

22.02.2018. године

БАЊИЦА (Београд)

Чувати до: 2023

Ф/Рбр :30/51

Обрађивач: кп Владимир Матић

Јавна набавка добара број 55/2017,
објашњење, тражи. -

На основу члана 93. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/12, 14/15 и 68/15), а у циљу стручне оцене ваше понуде број GE 18-009 од 09.02.2018. године, молимо Вас да нам доставите објашњење следећег:

Ви сте доставили понуду за партију број 2 - Индикатор влажности (dew point) и понудили модел PM880 AC произвођача General Electric. Увидом у спецификацију понуђеног мерила констатовано је да постоји грешка у достављеном техничком листу (data sheet). Грешка је уочена на четвртој страни техничког листа где је наведено да тачност мерења тачке росе износи $\pm 1^{\circ}\text{F}$ односно $\pm 2^{\circ}\text{C}$ на опсегу мерења (60°C до $- 65^{\circ}\text{C}$).

У напред наведеном постоји очигледна грешка у конверзији $^{\circ}\text{F}$ у $^{\circ}\text{C}$, па вас стога молимо да нам доставите допис који треба да садржи следеће:

- Стварне вредности тачности мерења тачке росе на опсегу мерења (60°C до $- 65^{\circ}\text{C}$),
- Доказ прибављен од произвођача који потврђује Ваш одговор на питање из претходне тачке.

Одговор на наведено питање доставите нам путем поште (адреса: ВОЈНА ПОШТА 1205 Бањица (Београд), ул. Рашка 2, 11050 Београд), факсом на број 011/3053-157 или путем email-а на адресу 250rbprvo@vs.rs најкасније 5 (пет) дана од дана добијања овог дописа.

Уколико одговор не добијемо у наведеном року Ваша понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

ММ/ВМ



Достављено на е-mail адресу понуђача:

- ELIMP d.o.o., Мала Моштаница (office@elimp.rs),

Умножено у 1 (један) примерак и достављено:

РЦ МО (уз предмет набавке) и

Објављено на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs

и интернет страници Министарства одбране Р.Србије www.nabavke.mod.gov.rs.