

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/8 517-10
14 AUG 2017. година
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2022.
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Јасна Ђурић

Друга измена конкурсне документације бр. 02-1-4/8517-4 од 07.07.2017. године за ЈН бр. 224/17.

ПАРТИЈА бр. 10 – Лабораторијска сушара, на страни 13 (тринаест) конкурсне документације у делу техничке карактеристике, врши се измена формулације "Степен безбедности према ДИН 12880" и гласи:

"Захтева се усаглашеност са следећим стандардима и директивама: EN 61010 безбедносни захтеви за електричну опрему, EN 61326 електрична опрема за мерење, управљање и лабораторијску примену-ЕМИЦ захтев, 2006/95 ЕС нисконапонска директива, 2004/108 ЕС електромагнетна компатибилност".

ПАРТИЈА бр. 14- Лабораторијски решо, на страни 19 (деветнаест) конкурсне документације у делу техничке карактеристике, врши се измена формулације "Грејна плоча са магнетном мешалицом, модел ТМ-Р" и гласи:

"Грејна плоча са магнетном мешалицом, модел ТМ-Р или ЕКВИВАЛЕНТ."

ЈБ
@

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
пуковник
ср Ђорђе Затезало, дипл.инж.

Умножено у 2 (два) примерка
и достављено:
-Одељењу за набавке x2