



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 9675 - 12

17 NOV 2017

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
отворени поступак јавне набавке добра број 468/2017
(медицинска средства за потребе Клинике за урологију ВМА)**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

- 1) На странама 4., 6., 8. и 10. Конкурсне документације брише се текст „... или потврду о предатом захтеву за регистрацију АЛИМСу“, у тачкама 3.3, 4.2.2. став 4, 4.3.7. став 6 и 5.3.3., тако да захтев гласи:
„Важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМСа“.
- 2) На странама 25 и 26. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ“, мења се текст ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, а према прилогу а).

Остали елементи Конкурсне документације ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 468/2017, остају непромењени.

МЈ,СО,МС

МП

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

п у к о в н и к

Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Холмијумски ласер за ендоскопску и лапароскопску уролошку хирургију

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника
ОПШТИ УСЛОВИ			
1	Ласерски холмијумски генератор снаге 40 до 120W (1 ком)		
1.1	Извор ласерског снопа HO:YAG		
1.2	Таласна дужина 2,1 μm		
1.3	Снага од 40 до 120W		
1.4	Подесива фреквенција импулса у опсегу 5 Hz или мање до 30Hz или више		
1.5	Енергија импулса у опсегу 0,5 J или мање до 4,5J или више		
1.6	Сноп за циљање: зелен или плави или црвени		
1.7	1-3 степена подешавања интензитета: Подесиво		
1.8	Тежина апарата до 245kg		
1.9	Напајање 200-240V или 220-240V, највише 46Amp, 50/60Hz		

2	Интуитивни интегрисани LCD екран осетљив на додир са системом подешавања (1 ком)		
2.1	Дијагонала LCD екрана 5-15 inča		
2.2	Резолуција LCD екрана минимално 768x480 пиксела		
3	Ножни прекидач (1 ком)		
4	Могућност извођења следећих минимално инвазивних третмана		
4.1	Ресекција простате		
4.2	Аблација простате		
4.3	Енуклеације простате		
4.4	Трансуретрална инцизија простате		
4.5	Литотрипсија (реналних, уретралних и каменаца у мокраћној бешици)		
4.6	Перкутано разбијање камена у бубрегу		
4.7	Третман уретралних сужења		
4.8	Третман уретралних и тумора мокраћне бешике		
4.9	Инцизија врата мокраћне бешике		
4.10	Ресекција карцинома мокраћне бешике		

П О Н У Ђ А Ч

У _____
 дана _____

 (штампано име и презиме)

 (пун потпис)

МП

(читак отисак печата)