

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 3874 -5
09-11-2020 године
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082
МАТ.БР: 07093608
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21
АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе

Позив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе:

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Коли- чина
1	38300000 Мерач температуре, влаге, притиска и протока ваздуха	КОМ	1

Према Спецификацији бр. 07-3874-3 од 09.11.2020 године у прилогу.

- Врста поступка јавне набавке: набавка према Интерном акту Наручиоца
- Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.
- Садржина понуде:
 - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
 - начин плаћања робе (вирманом – 30 дана одложено),
 - рок испоруке робе,
 - локација испоруке робе (фсо Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд).
- Рок плаћања краћи од траженог биће третиран као битан недостатак понуде.
- Понуде са варијантама нису дозвољене.
- Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
- Начин и рок подношења понуде: факсом (011/3401-148), e-mail: toc@toc.vs.rs, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07- 3874 – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана **13.11.2020. године**, до 11⁰⁰ часова.
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
- Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
- Лице за контакт: Петровић Владимир, тел. 3401-091, факс: 011/3977-422.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ВП (39-091)

**ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА ПОДРШКУ**
ПОТПИСНИК
доц др Јово Даутовић, дипл. инж.



ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 3874 -3
09-11-2020 године
БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

1. Мерач (1 комад)

- Екстерне сонде:

- за мерење температуре убодни или урањајући Pt100 (1 ком.) - **ознака 6000-1006**, опсег -50°C до +350°C / класа Б / тачност у опсегу температуре -30°C до 200°C је $\pm 0.2^\circ\text{C}$,
- за мерење температуре - површински (1 ком) - **ознака 6010-1073**, опсег - 50°C до +250°C / контактна трака површине 130 x 10mm, 0020
- за мерење температуре магнетни (1 ком) - **ознака 6010-1070**, опсег -50°C до +200°C,
- за мерење влаге (1 ком.) – **ознака 6020-1001**, опсег 0 до 100% р.в. у опсегу температуре -30°C до +65°C.

Прецизни дигитални инструмент укључује даталогер, 2-канални, са могућношћу избора мерне јединице за температуру °C или °F за мерење опсегу за Pt100: -200°C...+850°C и за термоелементе: -200°C ...+1760°C, опсег мерења влаге: 0...100% р.в., мерење протока је заправо мерење брзине струјања у опсегу 0...40m/s и диференцијално мерење притиска у опсегу 0...3500 Pa.

5000-0755L или одговарајући.